

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka vrtacích a pilových bateriových systémů - 2013**Dotaz č.1**

Uchazeč:

Pro část 2.2. – Umožní zadavatel nabídnout stejnou sestavu jako v části 2.1., tj. nemodulární sestavu, tedy rotační a oscilační motor zvlášť?

Zadavatel:

Ano, Zadavatel bude akceptovat i uchazečem nabízené řešení sestavy rotačního a oscilačního motoru zvlášť. Uchazeč je pak povinen nabídnou odpovídající počet baterií (pro každý motor 1ks) a nabíječku s dostatečnou kapacitou pro nabíjení obou přístrojů (baterií) současně.

Dotaz č.2


Uchazeč:

Pro část 2.3. - Požaduje zadavatel přímočarou (reciproční) nebo oscilační (sagitální) pilu?

Zadavatel:

Zadavatel požaduje modulární přístroj umožňující reciproční i sagitální pilování. Uchazeč však může nabídnout dva samostatné přístroje. Uchazeč je pak povinen nabídnou odpovídající počet baterií (pro každý motor 1ks) a nabíječku s možností nabíjení obou přístrojů (baterií) současně.

V Plzni dne 6.12.2013



Ing. Lukáš Ureš