

## VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 2:

**Dodávka spotřebního materiálu pro hematologické analyzátoři  
– TO – 2014**

V rámci této zakázky bylo hodnotící komisí doporučeno přijmout **nejvýhodnější hodnocenou nabídku podle pořadí nabídek** – tj. nabídku firmy **MEDISTA spol. s.r.o., s nabídkovou cenou 179.900,00,-Kč. vč. DPH** (CELKOVÉ provozní náklady / rok). Toto doporučení bylo Zadavatelem schváleno dne 27.05.2014.

Na základě tohoto doporučení byly s vítězným uchazečem **MEDISTA spol. s.r.o.** uzavřeny tyto smlouvy:

0503/14/10/TO – *Výpůjční smlouva na související přístrojové vybavení*

0504/14/04/OLO – *Kupní smlouva na dodávku spotřebního materiálu po dobu 4 let.*

V rámci uvedené kupní smlouvy bylo přistoupeno ke **zkušebnímu ověřovacímu provozu** – jehož náležitosti byly uvedeny ve výzvě k podání nabídek. V rámci tohoto zkušebního ověřovacího provozu – viz. příloha č.1 s názvem: Závěr zkušebního provozu a validace analyzátoři krevního obrazu **Celltac α MEK 6500J/K**, který na Transfúzním oddělení FN Plzeň probíhal ve dnech 1.7. – 13.9.2014, byla zjištěna skutečnost, že přístroje Celltac α MEK 6500J/K **nesplňují požadavek zadání výběrového řízení na rychlost vyšetření** (60 vzorků za hodinu). Z tohoto důvodu byly firmě **MEDISTA spol. s.r.o.** zaslány výpovědi již uzavřených smluv.

Zadavatel se rozhodl oslovit k uzavření smluv druhého uchazeče v pořadí – tj. firmu Beckman Coulter Česká republika s.r.o. – viz. příloha č.2. Před samotným uzavřením smluv však Zadavatel pokládal za vhodné vyjasnit si splnění požadovaného parametru na rychlost vyšetření 60 vzorků/ hodinu ještě před uzavřením smluv – viz. příloha č.3. Na základě dotazu bylo Zadavateli odpovězeno, že nabízené přístroje jsou naprosto totožné s momentálně instalovanými analyzátoři na TO, a proto se k tomu může nejlépe vyjádřit vedení TO. Vedení TO Zadavateli sdělilo, že přístroje ACT Diff 2 firmy Beckman Coulter Česká republika s.r.o. splňují požadovanou rychlost vyšetření u přístrojů nezapojených do laboratorního informačního systému. V běžném provozu jsou však přístroje do systému zapojeny a tudíž je rychlost vyšetření při přístrojích zapojených do LIS pro Zadavatele rozhodná.

Zadavatel se rozhodl na základě skutečnosti, že v zadání technických parametrů přístrojů nebyl dostatečně jasně specifikován parametr na rychlost vyšetření, nebylo specifikováno v jakém systému (otevřeném/uzavřeném) musí nabízené přístroje rychlost splňovat a zda se jedná o přístroje připojené/nepřipojené do LIS, zakázku jako takovou a její výsledky zrušit a zakázku vypsát opakovaně s upřesněnými a jasně definovanými parametry.



MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.  
ředitel FN Plzeň

## Přílohy:

1. Závěr zkušebního provozu a validace analyzátoři krevního obrazu Celltac α MEK 6500J/K
2. Výzva k uzavření smluv firmě Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
3. Žádost o potvrzení deklarovaných parametrů nabízených přístrojů v rámci nabídky

V Plzni dne 07.11.2014