

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

**Dodávka scanneru pro vyšetřování mikročipů – ULG****Dotaz č.1**

Uchazeč:

Vzhledem k nemocničnímu pracovišti – bude vyžadována CE-IVD certifikace přístroje?

Zadavatel:

Ne, Zadavatel nestanovil požadavek na CE-IVD certifikaci přístroje.

**Dotaz č.2**

Uchazeč:

V kombinaci vysokého rozlišení s duální excitací laserů bude vyžadován dynamický rozsah XRD 10<sup>6</sup>?

Zadavatel:

Ne, Zadavatel nestanovil požadavek na dynamický rozsah XRD 10<sup>6</sup>.**Dotaz č.3**

Uchazeč:

Vzhledem k požadavku na automatický podavač čipů bude vyžadována pro ochranu vzorku ozonová bariéra?

Zadavatel:

Ne, Zadavatel nestanovil požadavek na ochranu vzorku ozonovou bariérou. Zadavatel zdůrazňuje, že nabízený systém musí pouze umožňovat doplnění systému automatickým podavačem, nikoliv že předmět nabídky musí obsahovat automatický podavač.

**Dotaz č.4**

Uchazeč:

Jsou předpřipravené čipy výhodou v kombinaci použití přístroje od stejného výrobce (jak přístroje tak i čipů?)

Zadavatel:

Ne.

**Dotaz č.5**


Uchazeč:

U požadavku na software pro primární analýzu – je požadavkem analýza aCGH nebo také i expresních čipů?

Zadavatel:

Ano.

V Plzni dne 25.7.2014



Ing. Lukáš Ureš