

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka ORL jednotky a rhinolaryngoskopu – ORL – 2014**Dotaz č.1**

Uchazeč:


ke článku 2.2 dětský flexibilní rhinolaryngoskop.

Zadavatel požaduje endoskop se záběrem pohledu 80° námi nabízený endoskop má 75° akceptuje zadavatel námi nabízené řešení?

Zadavatel:

Ano, Zadavatel připouští obecně uznávanou toleranci +/- 10%. V tomto konkrétním případě tedy akceptuje zadavatel po započtení tolerančního rozsahu -10% i hodnotu 72°.

V Plzni dne 12.11.2014



Ing. Lukáš Ureš