

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka destičkového readeru – HOO – 2014**Dotaz č.1**

Uchazeč:

Námi nabízený reader sám o sobě umožňuje měření v mikroobjemech, jak je požadováno v zadání. Nicméně k tomuto je zapotřebí použít adaptér TAKE3Plate, na který se nanesou kapky a který umožňuje současně měřit až 16 pozic, případně i měření v kyvetě. Máme tento adaptér zahrnout do ceny readeru, nebo jej nabídnout zvlášť?


Zadavatel:

Adaptér, který je potřebný ke splnění kterékoliv požadované funkcionality musí být součástí nabídky a jeho cena musí být zahrnuta v celkové nabídkové ceně. U Vámi konkrétně dotazované funkcionality je uvedeno:

- měření mikroobjemů (do 3 μ), alespoň 8 vzorků současně,

nikoliv **možnost** měření mikroobjemů. V případě možnosti by se zadavatelův požadavek dal chápat jako požadavek na možnost budoucího rozšíření. Zadavatel však tuto funkcionality požaduje jako nutnost (nikoliv možnost), a proto musí být uchazečem nabídnuta taková konfigurace přístroje (včetně různých optionů a adaptérů), která danou funkcionality obsahuje.

V Plzni dne 27.11.2014



Ing. Lukáš Ureš