

VYHODNOCENÍ NABÍDEK NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:
Dodávka kraniotomu s vysokorychlostní frézou – NCH - 2015
Seznam doručených nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče/zájemce	IČ/RČ/datum narození uchazeče/zájemce	Datum a čas podání nabídky
1	Surgipa Medical spol. s.r.o.	27275230	25.06.2015, 11:15:00
2	Medtronic Czechia, s.r.o.	64583562	26.06.2015, 07:00:00

Seznam posuzovaných nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče/zájemce	IČ/RČ/datum narození uchazeče/zájemce	Výsledek posouzení
1	Surgipa Medical spol. s.r.o.	27275230	vyhovuje
2	Medtronic Czechia, s.r.o.	64583562	vyhovuje

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Číslo nabídky	Důvod pro vyřazení nabídky
-	-

Posouzení podaných nabídek provedla komise v souladu s požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek. Hodnotící komise využila v rámci posouzení nabídek práva vznést požadavek na bezplatné zapůjčení nabízeného přístroje pro zkušební provoz od firmy **Surgipa Medical spol. s.r.o.**, které uchazeči musí zajistit ve lhůtě do 7 dní od vyzvání Zadavatelem. V průběhu testování zapůjčeného přístroje byly ověřeny všechny požadované funkcionality přístroje.

Hodnocení všech nabídek je uvedeno v tabulce níže.

Podmínky stanovené Zadavatelem	
Předpokládaná životnost přístroje v měsících (PZP)	96

Nabídky			
	Výše nabídkové ceny v Kč s DPH (VNC)	Záruka za jakost (ZZJ)	Náklady na PBTK za 1 rok po záruční době v Kč s DPH (NPBTK)
Surgipa Medical spol. s.r.o.	490514,00	24	1185,80
Medtronic Czechia, s.r.o.	506250,11	24	4500,00

Hodnocení	
	Celkové předpokládané náklady (CPN) $CPN = VNC + \frac{(PZP - ZZJ)}{12} * NPBTK$
Surgipa Medical spol. s.r.o.	497 628,80
Medtronic Czechia, s.r.o.	533 250,11

Pořadí

Surgipa Medical spol. s.r.o.	1
Medtronic Czechia, s.r.o.	2

Doporučení komise přijmout **nejvýhodnější** hodnocenou nabídku podle pořadí nabídek – tj. nabídku firmy **Surgipa Medical spol. s.r.o.**, s nabídkovou cenou **490.514,00,- Kč vč. DPH** bylo schváleno dne 30.11.2015.

V Plzni dne 1.12.2015

Ing. Lukáš Ureš