

VYHODNOCENÍ NABÍDEK NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:
Dodávka laboratorních glukometrů II - ÚKBH - 2015
Seznam doručených nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče/zájemce	IČ/RČ/datum narození uchazeče/zájemce	Datum a čas podání nabídky
1	MEDESA s.r.o.	64254577	30.09.2015, 13:45:00
2	LAB MARK a.s.	25713001	02.10.2015, 08:05:00
3	Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.	27939031	02.10.2015, 08:20:00
4	BioVendor - Laboratorní medicína a.s.	63471507	02.10.2015, 08:25:00
5	DOT diagnostics s.r.o.	25734768	02.10.2015, 08:45:00

Seznam posuzovaných nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče/zájemce	IČ/RČ/datum narození uchazeče/zájemce	Výsledek posouzení
1	MEDESA s.r.o.	64254577	vyhovuje
2	LAB MARK a.s.	25713001	nevyhovuje
3	Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.	27939031	nevyhovuje
4	BioVendor - Laboratorní medicína a.s.	63471507	vyhovuje
5	DOT diagnostics s.r.o.	25734768	nevyhovuje

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Číslo nabídky	Důvod pro vyřazení nabídky
2	Nesplnění technického parametru stanoveného zadavatele, konkrétně parametru: uchování výsledků v paměti: min. 1000 vzorků. Uchazečem nabízený přístroj je dle údajů uvedených v nabídce uchazeče vybaven pamětí na 500 měření.
3	Nesplnění technických kvalifikačních kritérií. Zadavatel stanovil prokázání tohoto kvalifikačního kritéria tímto způsobem: <i>„Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu (formou čestného prohlášení) nejméně 3 zakázek podobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech.“</i> Uchazeč ve své nabídce předložil čestné prohlášení týkající se splnění technických kvalifikačních předpokladů, ve kterém je uvedeno: <i>„...čestně prohlašuji, že společnost Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. nerealizovala významnou zakázku obdobného charakteru v období uplynulých tří let.“</i>
5	Nesplnění technických parametrů stanovených zadavatele, konkrétně parametrů: <ul style="list-style-type: none"> • průchodnost stanovení: min 150 stanovení/h, včetně kalibrace a kontroly • vybavený podavačem vzorků s min. 30 pozicemi • uchování výsledků v paměti: min. 1000 vzorků Uchazečem nabízený přístroj je dle údajů uvedených v nabídce uchazeče vybaven: <ul style="list-style-type: none"> • rychlostí až 120 měření/hod • podavačem vzorků na 20 vzorků • kapacita paměti 600 výsledků

Posouzení a hodnocení podaných nabídek provedla komise v souladu se způsobem hodnocení stanoveným ve výzvě k podání nabídek.

Podmínky stanovené Zadavatelem

Předpokládaná životnost přístroje v měsících (PZP)	96
--	----

Nabídky

	Výše nabídkové ceny v Kč s DPH (VNC)	Záruka za jakost (ZZJ)	Náklady na PBTK za 1 rok po záruční době v Kč s DPH (NPBTK)
MEDESA s.r.o.	870036,28	36	26995,58
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.	722370,00	24	46214,00

Hodnocení

	Celkové předpokládané náklady (CPN)	$CPN = VNC + \frac{(PZP - ZZJ)}{12} * NPBTK$
MEDESA s.r.o.		1 005 014,18
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.		999 654,00

Pořadí

MEDESA s.r.o.	2
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.	1

Doporučení komise přijmout nejvýhodnější hodnocenou nabídku podle pořadí nabídek – tj. nabídku firmy **BioVendor - Laboratorní medicína a.s.**, s nabídkovou cenou **722.370,00,- Kč vč. DPH** bylo schváleno dne 27.10.2014.

V Plzni dne 2.11.2015

Ing. Lukáš Ureš