

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka plicních ventilátorů – 2015**Dotaz č.1**

Uchazeč:

V čl. III návrhu kupní smlouvy se má prodávající zavázat, že součástí dodávky bude nejen instruktáž obsluhy dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, ale i vydání certifikátu (prohlášení) pro pracovníky kupujícího, který je bude opravňovat k provádění instruktáže u dalších osob (pracovníků kupujícího).

Dle našeho názoru je takové ujednání v rozporu s příslušným ustanovením zákona o zdravotnických prostředcích, neboť instruktáž může provádět pouze osoba mj. poučená výrobcem, tedy prodávající (pokud sám není výrobcem) není oprávněn takový certifikát (prohlášení) kupujícímu vydat.

Za naši společnost navrhuje postupovat tak, že v případě každé další potřeby kupujícího na provedení instruktáže (např. nových pracovníků) jsme na základě předchozí písemné dohody (zejména o časových intervalech) schopni tuto instruktáž provést.

Zadavatel:

Ano, Zadavatel bude akceptovat toto řešení.

V Plzni dne 27.11.2015

Ing. Lukáš Ureš