

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka intrakorporálního litotriptoru – UROL - 2016

Dotaz č.1

Uchazeč:

Dotaz k bodu č. 2 „Předmět veřejné zakázky – Bližší vymezení předmětu zakázky“, bod „Odsávací systém součástí dodávky vč. lahvičky na zachycení konkrementů“ výzvy k podání nabídky.

Dotaz zní: Námi nabídnuté řešení na plnění VZMR „Dodávka intrakorporálního litotriptoru – UROL – 2016“ nevyžaduje dodání odsávací pumpy.

Je nutné tuto pumpu zahrnout do nabídky?

Zadavatel:


Zadavatel bude akceptovat i nabízené věcné plnění, které nevyžaduje dodání odsávací pumpy. Odsávací systém tedy v tomto případě nemusí být součástí nabídky uchazeče.

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vážení,

oznamujeme, že zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do 22.01.2016 do 9:00 hod. Důvodem jsou výše uvedené úpravy zadávacích podmínek.

V Plzni dne 15.1.2016



Ing. Lukáš Uřeš