

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávky filtrů deleukotizačních 2015

Dotaz č.1

Co se rozumí pojmem automatické plnění

Odpověď:

Automatickým plněním rozumí zadavatel plnění vaku, které nevyžaduje zvláštní manipulaci obsluhy.

Dotaz č.2

Kde mají být umístěny 2 koncovky, k čemu slouží

Odpověď:

Dvě koncovky jsou vyžadovány pro bed side deleukotizační filtry pro 2 TU erytrocytů. Každá koncovka je určena pro jeden vak bez nutnosti přemísťování koncovek mezi vaky. Umístění koncovek musí umožňovat jednoduchou manipulaci s nimi.

Dotaz č.3

Prosíme schematický náčrtek, jak má nabízený filtr vypadat, pro každou skupinu.

Odpověď:

Zadavatel považuje znění zadávacích podmínek za dostatečně výstižné pro pochopení požadavků na popínané filtry. Vzhled filtrů není významný.

Dotaz č.4

Máme dotaz k bodu 5.3 odst.1) výzvy. Předmět veřejné zakázky – zdravotnický prostředek *bed side deleukotizační filtr* – uvádíme poprvé na trh do ČR. Jak prokázat technickou způsobilost?

Odpověď:

Zadavatel připouští pro účely prokázání technické způsobilosti předložení seznamu minimálně tří odběratelů, kterým uskutečnil uchazeč za poslední 3 roky dodávky materiálů, které jsou podobného charakteru k předmětu veřejné zakázky, tzn. přímo druhově shodným věcným plněním, případně oborovým shodným věcným plněním (tj. věcným plněním se stejným určením a použitím). V souladu s technickými kvalifikačními předpoklady Výzvy uvede uchazeč v seznamu objem dodávek na odběratele/rok. Tuto skutečnost současně doloží osvědčením objednatele ve smyslu § 56 odst. 1) písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vážení,

oznamujeme, že zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do **18.2.2016** do 9:00 hod. Důvodem jsou výše uvedené úpravy zadávacích podmínek.

V Plzni dne 2.2.2016



Ing. Kateřina Voříšková