

VYHODNOCENÍ NABÍDEK NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

Dodávka stíněného laminárního boxu pro přípravu radiofarmak – KZM - 2016

Seznam doručených nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče/zájemce	IČ/RČ/datum narození uchazeče/zájemce	Datum a čas podání nabídky
1	CANBERRA-PACKARD s.r.o.	44850867	23.08.2016, 09:30:00
2	Lynax s.r.o.	29054966	24.08.2016, 08:00:00

Seznam posuzovaných nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče/zájemce	IČ/RČ/datum narození uchazeče/zájemce	Výsledek posouzení
1	CANBERRA-PACKARD s.r.o.	44850867	vyhovuje
2	Lynax s.r.o.	29054966	nevyhovuje

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Číslo nabídky	Důvod pro vyřazení nabídky
2	<p>Uchazečem nabízené věcné plnění nespĺňuje zadavatelem požadované technické parametry:</p> <p>V nabídce uchazeče je uvedeno stínění 10mm Pb pouze pro obě boční a zadní stěnu</p> <p>V nabídce uchazeč uvádí:</p> <ul style="list-style-type: none"> o rozměry pracovního prostoru (bez čelního olověného skla): šířka 1200mm výška 620mm hloubka 540mm o rozměry pracovního prostoru (s čelním olověným sklem): šířka 1200mm výška 620mm hloubka 470mm <p>V obou uvedených případech rozměrů (s/bez olověného skla), nabídka uchazeče nespĺňuje požadovaný minimální vnitřní rozměr min. 700mm na výšku.</p>

Posouzení a hodnocení podaných nabídek provedla komise v souladu se způsobem hodnocení stanoveným ve výzvě k podání nabídek.


Hodnocení	
	celková výše nabídkové ceny s DPH
CANBERRA-PACKARD s.r.o.	2 178 000,00

Pořadí	
CANBERRA-PACKARD s.r.o.	1

Komise hodnotila pouze jedinou vyhovující nabídku, jejíž nabídkovou cenu komise vyhodnotila jako cenu v místě a čase obvyklou.

Doporučení komise přijmout jedinou vyhovující nabídku, která nebyla v žádném rozporu s požadovanými specifikacemi, ani předpokládanou cenou – tj. nabídku firmy **CANBERRA-PACKARD s.r.o., s nabídkovou cenou 2.178.000,00,- Kč vč. DPH** bylo schváleno dne 25.08.2016.

V Plzni dne 25.8.2016



Ing. Lukáš Ureš