

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka parního sterilizátoru – MIKRO**Dotaz č.1**

Uchazeč:

Žádáme o upřesnění zadávací dokumentace v bodě vymezení předmětu zakázky

- Program pro dekontaminaci infekčního odpadu

Domníváme se, že vznikla chyba v zadání ohledně tohoto požadavku, do sterilizační komory se mají vkládat jen čisté, umyté a dekontaminované nástroje, popřípadě jiný čistý materiál, ale nikoliv dekontaminační infekční odpad. Pro dekontaminaci infekčního odpadu slouží jiný přístroj a tyto dvě věci nelze kombinovat.

Zadavatel:

Zadavatel na základě dotazu jednoho z uchazečů upřesňuje, že předmětem veřejné zakázky je přístroj sloužící výhradně pro dekontaminaci infekčního odpadu pomocí parní sterilizace.

V Plzni dne 14.9.2012

Ing. Lukáš Uřeš