

VYHODNOCENÍ NABÍDEK NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:
Dodávka EKG přístrojů 2012 – část 2.2

Seznam doručených nabídek

| Číslo nabídky | Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče/zájemce | IČ/RČ/datum narození uchazeče/zájemce | Datum a čas podání nabídky |
|---------------|---|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | medisap, s.r.o. | 48029360 | 29.11.2012, 08:30:00 |
| 3 | NORTH MED spol. s.r.o. | 25457811 | 30.11.2012, 08:35:00 |
| 4 | SAPRO spol. s.r.o. | 61534277 | 30.11.2012, 09:00:00 |

Seznam posuzovaných nabídek

| Číslo nabídky | Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče/zájemce | IČ/RČ/datum narození uchazeče/zájemce | Výsledek posouzení |
|---------------|---|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | medisap, s.r.o. | 48029360 | nevyhovuje |
| 3 | NORTH MED spol. s.r.o. | 25457811 | vyhovuje |
| 4 | SAPRO spol. s.r.o. | 61534277 | nevyhovuje |

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

| Číslo nabídky | Důvod pro vyřazení nabídky |
|---------------|---|
| 1 | Uchazeč nesplnil specifikace předmětu veřejné zakázky: <ul style="list-style-type: none"> Export pořízených EKG záznamů v DICOM 3 formátu do PACS zadavatele (uchazeč tento požadavek neprokázal v rámci předvedení předmětu plnění) |
| 4 | Uchazeč nesplnil specifikace předmětu veřejné zakázky: <ul style="list-style-type: none"> Frekvenční rozsah minimálně 0,06 Hz – 250 Hz (uchazeč uvádí rozsah 0.05 – 150 Hz) |

Posouzení a hodnocení podaných nabídek provedla komise v souladu se způsobem hodnocení stanoveným ve výzvě k podání nabídek.

| Nabídky 2.2 | |
|---|------------|
| Celková nabídková cena za část 2.2 v Kč s DPH | |
| NORTH MED spol. s.r.o. | 474 012,00 |

| Pořadí 2.2 | |
|-------------------------------|---|
| NORTH MED spol. s.r.o. | 1 |

Komise se shodla na doporučení **zrušit tuto část výběrového řízení** na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: „Dodávka EKG přístrojů 2012 – část 2.2“, z důvodu podání jediné vyhovující nabídky.

Doporučení **zrušit výběrové řízení** na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: „**Dodávka EKG přístrojů 2012 – část 2.2**“ bylo schváleno dne 18.02.2013.

V Plzni dne 18.2.2013

Ing. Lukáš Ureš