

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka mikroskopu s fázovým kontrastem – ÚKBH - 2013**Dotaz č.1**

Uchazeč:

V technické specifikaci VZ "Mikroskop s fázovým kontrastem" požadujete fázový kontrast pro objektivy 40x a 100x, avšak u objektivů 10x a 20x je vyznačeno Ph neboli fázový kontrast. Které objektivy vyžadujete pro fázový kontrast?

Zadavatel:

Zadavatel požaduje planachromatické objektivy: 10x, 20x, 40xPh, 60x, 100xPh imerzní. Správně je tedy fázový kontrast pouze pro objektivy 40x a 100x.

Dotaz č.2


Uchazeč:

U požadovaných okulárů není uvedena hodnota zorného pole. U planachromatické optiky bývá zorné pole 20 nebo 22. Jak velké zorné pole požadujete?

Zadavatel:

Zadavatel požaduje okuláry se zvětšení 10x se širokým zorným polem č. 22.

V Plzni dne 12.7.2013


Ing. Lukáš Ureš