

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VZMR:

Dodávka vybavení pro Ústav lékařské genetiky FN Plzeň - 2016**Dotaz č.1**

Uchazeč:

2.1. PCR termocycler – 1ks

Má mít nabízený přístroj možnost uživatelské výměny reakčních bloků – na blok s 96 pozicemi, s 384 pozicemi případně i jiný formát ?

Zadavatel:

Zadavatel tuto funkcionalitu nevyžaduje.

Dotaz č.2

Uchazeč:


2.1. PCR termocycler – 1ks

Mají poskytovat požadované bloky o kapacitě 32 pozic i možnost nastavení teplotního gradientu v rámci bloku?

Zadavatel:

Zadavatel tuto funkcionalitu nevyžaduje.

V Plzni dne 26.10.2016


.....
Ing. Lukáš Ureš