

VYSVĚTLENÍ 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VZMR:

Dodávka centrifug - 2016**Dotaz č.1**

Uchazeč:

2.2. Stolní chlazená centrifuga – 1ks – ÚKBH

je uveden požadavek na příslušenství: „6místný výkyvný rotor s univerzálními závěsy, vložky do uní závěsů pro zkumavky o průměru 16 mm a výšky 75 – 100 mm“.

6místný rotor může být specifický pro konkrétního výrobce, většina výrobců používá rotory 4místné. Máme proto následující dotazy:

- 1) Jakou požaduje zadavatel celkovou minimální kapacitu výkyvného rotoru pro v zadání specifikované zkumavky?
- 2) Lze nabídnout 4místný výkyvný rotor s univerzálními závěsy při zachování kapacity dle prvního dotazu?

Zadavatel:

Zadavatel bude akceptovat nabídku na rotor 4 místný, s kapacitou min. 4 x 200 ml.

Dotaz č.2

Uchazeč:

Je možné prodloužení lhůty na podání nabídek do pátku 4.11. do 16 hodin ? Vaši výzvu jsme obdrželi e-mailem ve středu 26.10. v 15,10h. Nabídky se mají odevzdat nejpozději ve čtvrtek 3.11. v 9,00 hodin. Je tedy nutné nabídky dopravit již ve středu, žádná pošta negarantuje doručení před devátou ranní. Na osobní doručení před devátou také nelze spoléhat při současné situaci na dálnicích a silnicích. Vzhledem k tomu, že 28.10. je státní svátek, bude tedy na zpracování nabídky čas jen 3 celé pracovní dny a část středy, řekněme tedy 3 a půl dne. Žádáme proto o prodloužení lhůty na podání nabídek alespoň do pátku 4.11. do 16 hodin.

Zadavatel:

V souvislosti s v tomto dokumentu uvedenými odpověďmi Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek – více informací je uvedeno na následující stránce.

Dotaz č.3

Uchazeč:

2.2. Stolní chlazená centrifuga – 1ks – ÚKBH

Je možné nabídnout i 4-místný výkyvný rotor 4 x 200 ml ? 6-místný rotor není u centrifug této kategorie obvykle k dispozici. A pokud je, má obvykle menší celkovou kapacitu 6 x 100 ml.

Zadavatel:

Zadavatel bude akceptovat nabídku na rotor 4 místný, s kapacitou min. 4 x 200 ml.

Dotaz č.4

Uchazeč:

2.5. Chlazená centrifuga – 1ks – HOO

Je možné nabídnout i centrifugu, kde je při výměně rotorů nutné použít T klíč ? Jinak by požadavkům vyhověl jediný výrobce Thermo Scientific.

Zadavatel:

Zadavatel trvá na svém původním požadavku, tj.: snadná výměna rotorů bez nutnosti použití dalších nástrojů. Alternativně lze akceptovat nabídku na centrifugu, u které se mění v rotoru pouze závěsy.

Dotaz č.5

Uchazeč:

2.6. Cytocentrifuga – 1ks – PNE

Je možné nabídnout cytocentrifugu s požadovanou kapacitou a parametry, ale s pamětí 10 protokolů a minimálními otáčkami od 500 RPM ?

Zadavatel:

Zadavatel bude akceptovat nabídku na cytocentrifugu s pamětí na 10 protokolů a více, avšak trvá na požadavku otáček od 200 rpm.

Dotaz č.6

Uchazeč:

Předpokládaná hodnota zakázky bod 3. Jsou uvedené ceny nepřekročitelné?

Zadavatel:

Zadavatelem uvedené předpokládané hodnoty jsou odhadem zadavatele a vychází ze zkušeností s nákupem obdobného přístrojového vybavení. Tyto hodnoty však nejsou hodnotami maximálními ani nepřekročitelnými.

~~Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek~~

Vážení,

~~oznamujeme, že zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do 04.11.2016 do 9:00 hod. Důvodem jsou výše uvedené úpravy zadávacích podmínek.~~

Dotaz č.7

Uchazeč:

2.1. Stolní chlazená centrifuga – 1ks a nechlazená centrifuga – 4ks - TO

V části 2.1 požaduje zadavatel minimální nastavitelnou teplotu -10°C . Smyslem chlazených centrifug je udržení vzorku uvnitř stačených zkumavek na teplotě 4°C . Centrifuga, kterou nabízíme, zaručuje tuto teplotu i při maximálních otáčkách a to s nastavením chlazení pouze na -9°C . Podmínky ochrany vzorku jsou tím splněny a ještě dochází k drobné úspoře energie při provozu.

Přijme zadavatel jako splnění požadavku na chlazení centrifugy i teplotu -9°C pokud je tím splněno udržení teploty vzorku na 4°C po celou dobu centrifugace?

Zadavatel:

Ano, Zadavatel bude toto nabízené řešení akceptovat.

Dotaz č.8

Uchazeč:

2.1. Stolní chlazená centrifuga – 1ks a nechlazená centrifuga – 4ks - TO

V části 2.1 požaduje zadavatel jako možnost doplnění centrifugy poslední položku: rotor s výkonem 21.000xg. Tato kategorie výkonu se používá většinou pro aplikace na 16.000xg až 20.000xg. Předpokládáme, že požadavek 21.000xg zahrnuje i „rezervu“. Nabízíme rotor s výkonem 20.800xg, tedy odchylkou menší než 10%.

Přijme zadavatel jako splnění požadavku na výkon rotoru na 1,5ml zkumavky i hodnotu 20.800xg ?

Zadavatel:

Ano, Zadavatel bude toto nabízené řešení akceptovat.

Dotaz č.9

Uchazeč:

2.2. Stolní chlazená centrifuga – 1ks – ÚKBH

V části 2.2 požaduje zadavatel minimální nastavitelnou teplotu -10°C . Smyslem chlazených centrifug je udržení vzorku uvnitř stačených zkumavek na teplotě 4°C . Centrifuga, kterou nabízíme, zaručuje tuto teplotu i při maximálních otáčkách a to s nastavením chlazení pouze na -9°C . Podmínky ochrany vzorku jsou tím splněny a ještě dochází k drobné úspoře energie při provozu.

Přijme zadavatel jako splnění požadavku na chlazení centrifugy i teplotu -9°C pokud je tím splněno udržení teploty vzorku na 4°C po celou dobu centrifugace?

Zadavatel:

Ano, Zadavatel bude toto nabízené řešení akceptovat.

Dotaz č.10

Uchazeč:

2.2. Stolní chlazená centrifuga – 1ks – ÚKBH

V části 2.2 zadavatel požaduje 6ti místný rotor – ale neudává požadovaný počet zkumavek, které lze stáčet.

Přijme zadavatel jako splnění požadavku na rotor i takový rotor, který má 4 závěsy, ale jmenovaných zkumavek lze stáčet 28 ks?

Zadavatel:


Zadavatel bude akceptovat nabídku na rotor 4 místný, s kapacitou min. 4 x 200 ml.

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vážení,

oznamujeme, že zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do 07.11.2016 do 9:00 hod. Důvodem jsou výše uvedené úpravy zadávacích podmínek.

V Plzni dne 31.10.2016



Ing. Lukáš Uřeš