

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VZMR:

## Dodávka 2ks osmometrů - ÚKBH - 2016

### Dotaz č.1

Uchazeč:

V Zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce je v bodu 2. Předmět veřejné zakázky pododstavec

Bližší vymezení předmětu zakázky mimo jiné uveden požadavek:

- plně automatický kryoskopický osmometr  
automatický kryoskopický osmometr
- možnost měřit v primárních zkumavkách  
možnost měřit v sekundárních zkumavkách - po vložení speciálních zkumavek s alikvótem přístroj  
měří vzorky zcela automaticky
- integrovaná tiskárna  
externí tiskárna, součástí dodávky
- zajištění a úhrada obousměrné komunikace pro online přenos dat (požadavky a výsledky vzorků i  
kontrol) mezi analyzátozem a LIS součástí nabídky  
zajištění a úhrada jednosměrné komunikace pro online přenos dat (požadavky a výsledky vzorků i  
kontrol), LIS součástí nabídky

Ostatní parametry námi nabízený osmometr splňuje.

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat osmometr s takto upravenými parametry?

Zadavatel:

Zadavatel trvá na původním znění zadání předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel dále uvádí, že v rámci výzvy k podání nabídek je v části 3. Předpokládaná hodnota zakázky tisková chyba týkající se předpokládané hodnoty ve vztahu k požadovanému počtu přístrojů. Dále je uvedena oprava celého odstavce této výzvy.

### 3. Předpokládaná hodnota zakázky


Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 750.000,- Kč bez DPH za jeden přístroj, tj. 1.500.000,- Kč bez DPH za celou zakázku.

## Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vážení,

oznamujeme, že zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do 05.12.2016 do 9:00 hod. Důvodem jsou výše uvedené úpravy zadávacích podmínek.

V Plzni dne 28.11.2016



Ing. Lukáš Ureš