

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK II. VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka mobilního operačního stolu – UROL – 2017**Dotaz**

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje možnost elektrického polohování nožních segmentů min. +80/-90° a držáků dolních končetin pro gynekologickou polohu min. +80/-90°.

nožních segmentů min. +80°/-90°

držáků dolních končetin pro gynekologickou polohu min. +80°/-90°

Akceptuje zadavatel řešení polohovatelnost nožní části a držáků končetin pro gynekologickou operativu pomocí plynových vzpěr?

Toto řešení je šetrnější k polohování pacienta a splňuje stejný medicínský účel.

Odpověď:

Ne, Zadavatel trvá na elektrickém polohování. Polohovatelnost uvedených částí pomocí plynových vzpěr Zadavatel nepřipouští.

V Plzni dne 3.4.2017

Ing. Kateřina Voříšková