

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK III. VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka mobilního operačního stolu – UROL – 2017

Dotaz


Bude zadavatel akceptovat u uvedeného parametru výška operačního stolu parametr 700mm - 1100mm

Nabízíme řešení se sedvičovou několikavrstvou antidekubitní vrstvou přinášející pacientovi vyšší bezpečnost a tím je minimální výška 700mm.

Odpověď:

Ne, Zadavatel trvá na původně požadovaném rozsahu nastavení výšky pracovní desky.

V Plzni dne 5.4.2017



Ing. Kateřina Voříšková