

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka mobilního operačního stolu – UROL – 2017

1. Dotaz - Nastavení výšky pracovní desky

Zadavatel požaduje: Nastavení výšky pracovní desky min. v rozsahu 625 – 1050 mm

Dotaz: Uzná zadavatel v tomto případě toleranci +/- 10 % a bude akceptovat operační stůl s nastavením výšky pracovní desky v rozsahu 650 – 1110 mm?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude uvedený rozsah v rámci přípustitelné tolerance akceptovat.

2. Dotaz – Elektrické polohování

Zadavatel požaduje: Elektrické polohování nožních segmentů min. +80°/-90°

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat operační stůl s elektrickým polohováním nožních segmentů v rozmezí +70°/-105°?

Odpověď:


Ano, zadavatel připouští uvedené rozmezí +70°/-105° pro elektrické polohování nožních segmentů poptávaného mobilního operačního stolu a bude jej akceptovat.

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vážení,

oznamujeme, že zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do **7.4.2017** do 9:00 hod. Důvodem je výše uvedená úprava zadávacích podmínek.

V Plzni dne 31.3.2017



Ing. Kateřina Voříšková