

VYHODNOCENÍ NABÍDEK NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

Dodávka bodypleťismografů – 2017

Seznam doručených nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče/zájemce	IČ/RČ/datum narození uchazeče/zájemce	Datum a čas podání nabídky
1	SAPRO-zdravotnická technika, spol. s r.o.	61534277	21.7.2017, 8:30:00
2	MR Diagnostic s.r.o.	25245791	21.7.2017, 8:35:00

Seznam posuzovaných nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče/zájemce	IČ/RČ/datum narození uchazeče/zájemce	Výsledek posouzení
1	SAPRO-zdravotnická technika, spol. s r.o.	61534277	nevyhovuje
2	MR Diagnostic s.r.o.	25245791	vyhovuje

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Číslo nabídky	Důvod pro vyřazení nabídky
1	<p>Nabídka nesplňuje parametry technické specifikace; účastník nabídl tato řešení:</p> <ul style="list-style-type: none"> • v kabině bodypleťismografu je instalována sedací lavice (požadavek zadávacích podmínek byl na výškově stavitelnou a výsuvnou židli z kabiny) • stativ nastavitelný uvnitř kabiny (požadavek na ovládání výšky stativu bodypleťismografu i zvenčí při uzavřené kabině) • jako transportní plyn pro vyš. DLCO je použito helium (požadavek na methan jako transportní plyn pro vyš. DLCO)

Posouzení podaných nabídek provedla hodnotící komise v souladu s požadavky stanovenými ve výzvě k podání nabídek. Z důvodu obdržení pouze jediné vyhovující nabídky neprovedla komise hodnocení. Obdržení pouze jediné vyhovující nabídky si lze vysvětlit tím, že zadávací podmínky v technické specifikaci nebyly vhodně nastaveny.

Doporučení komise **zrušit výběrové řízení** na plnění této veřejné zakázky malého rozsahu a jeho opětovného vypsání bylo schváleno dne 4.9.2017.

V Plzni dne 5.9.2017

.....
Ing. Kateřina Voříšková