

**VYSVĚTLENÍ Č. 2 ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:**

**Dodávka EKG přístrojů 2017**

**Dotaz č. 1.**

Zadavatel uvádí v Technické specifikaci předmětu zakázky v části 1: EKG přístroje pro standardní oddělení, parametr „Vstupní frekvenční rozsah minimálně v rozmezí 0,06 – 250 Hz“.

Horní rozsah 250 Hz se používá pouze pro případy měření pozdních potenciálů a speciálních vyšetření v neonatologii. Standardní horní mez vstupního rozsahu u EKG přístrojů pro standardní oddělení je 150 Hz. Tento parametr se nám jeví jako diskriminační, protože je u přístrojů tohoto typu a užití zcela neobvyklý. Námí nabízené řešení má horní hranici frekvenčního rozsahu 150 Hz, které plně splní medicínský účel přístroje.

Bude zadavatel akceptovat námi nabízené technické řešení splňující požadovaný medicínský účel, a to horní hranici frekvenčního rozsahu 150 Hz?

**Odpověď:**

Ano, zadavatel uvedené řešení bude akceptovat. Zadavatel tak opravuje původní znění požadavku **v části 1 – EKG přístroje pro standardní oddělení** ze:

- Vstupní frekvenční rozsah minimálně v rozmezí 0,06 až 250Hz.

na nové znění požadavku:

- Vstupní frekvenční rozsah minimálně v rozmezí 0,06 až 150Hz.

**Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Vážení,

oznamujeme, že zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do **10.8.2017** do 9:00 hod. Důvodem je výše uvedená úprava zadávacích podmínek.

V Plzni dne 2.8.2017

  
.....  
Ing. Kateřina Voříšková