

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka nemocničních lůžek 2017

Dotaz č. 1.

Prosím o zodpovězení dotazu týkající se technické specifikace lůžka pro část 2 – Lůžko elektricky polohovatelné pro obézní pacienty – 2 ks.

Bude zadavatel akceptovat místo jednoduchých koleček o průměru min. 200mm kolečka **dvojitá o průměru min. 150mm s odpovídající nosností**. Na námi nabízené bariatrické lůžko z technických důvodů kolečka o průměru 200mm osadit nelze.

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat tazatelem navrhované řešení v části 2 zakázky.

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vážení,

oznamujeme, že zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do **17.8.2017** do 9:00 hod. Důvodem je výše uvedená úprava zadávacích podmínek.

V Plzni dne 9.8.2017


.....
Ing. Kateřina Voříšková