

**VYHODNOCENÍ NABÍDEK NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:**
**Dodávka otevřeného automatického ELISA systému – ÚIA – 2017**

## Seznam doručených nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče/zájemce	IČ/RČ/datum narození uchazeče/zájemce	Datum a čas podání nabídky
1	Biomedica ČS, s.r.o.	46342907	4.9.2017 13:30:00
2	TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.	47913240	5.9.2017 8:30:00
3	BIO-RAD spol. s.r.o.	49243764	5.9.2017 8:55:00

## Seznam posuzovaných nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče/zájemce	IČ/RČ/datum narození uchazeče/zájemce	Výsledek posouzení
1	Biomedica ČS, s.r.o.	46342907	-
2	TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.	47913240	-
3	BIO-RAD spol. s.r.o.	49243764	-

## Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Číslo nabídky	Důvod pro vyřazení nabídky
-	-

Posouzení podaných nabídek provedla komise v souladu s požadavky stanovenými ve výzvě k podání nabídek.

V průběhu posuzování hodnotící komise shledala, že nabídky nejsou vzájemně objektivně porovnatelné. Ačkoliv nabízené přístroje jsou otevřenými systémy, k použití nabízených přístrojů je nutný určitý druh spotřebního materiálu, který je přímo vázaný na daný přístroj, a který nebyl Výzvou k této veřejné zakázce popotáván. Z tohoto důvodu komise neprovedla posouzení a hodnocení obdržených nabídek.

Doporučení komise **zrušit výběrové řízení** na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: „**Dodávka otevřeného automatického ELISA systému – ÚIA – 2017**“ a vypsát zakázku opětovně na obdobný předmět plnění se zohledněním vázaného spotřebního materiálu bylo schváleno dne 8.12.2017.

V Plzni dne 11.12.2017

.....  
 Ing. Kateřina Voříšková