

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:
Dodávka mikroskopů 2017

Lhůta pro podání nabídek:	6.9.2017, do 9.00 h	Zodpovědná osoba:	Ing. Lukáš Ureš +420 377 103 645 uresl@fnplzen.cz
----------------------------------	---------------------	--------------------------	---

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka mikroskopů 2017 (dále jen: „nákup“).

Obsah

1. Základní identifikační údaje Zadavatele	2
2. Předmět veřejné zakázky	2
2.1. Rozdělení zakázky	2
2.2. Technická specifikace předmětu zakázky	2
3. Předpokládaná hodnota zakázky	4
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky	4
5. Způsob prokázání kvalifikace	4
5.1. Základní způsobilost	4
5.2. Profesní způsobilost	4
5.3. Technická kvalifikace	4
6. Požadovaná struktura nabídky	5
7. Vysvětlení zadávací dokumentace	5
8. Hodnocení nabídek	5
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny	6
10. Variantní nabídky	6
11. Lhůta pro podání nabídek	6
12. Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni	6
13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky	6
14. Způsob a místo pro podání nabídek	6
15. Obchodní podmínky	7
16. Práva Zadavatele	7
17. Přílohy	7

1. Základní identifikační údaje Zadavatele

Zadavatel	Název	Fakultní nemocnice Plzeň
	Sídlo	Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99
Zastoupený	MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel	
Kontaktní údaje	Kontaktní osoba pro dotazy	Ing. Kateřina Voříšková
	Telefon	+420 377 402 041
	E-mail	voriskovaka@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) mikroskopů dle níže uvedených specifikací pro Ústav klinické biochemie a hematologie (ÚKBH) a Hematologicko-onkologické oddělení (HOO) Fakultní nemocnice Plzeň.

2.1. Rozdělení zakázky

Zadavatel rozdělil zakázku na 2 samostatné části:

- část 1: Laboratorní mikroskop s diskusním zařízením a digitální kamerou se 4K rozlišením - 1ks,
- část 2: Invertovaný mikroskop pro pozorování v procházejícím světle a ve fázovém kontrastu - 1ks.

Zadavatel připouští i dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, účastníci mohou tedy podávat nabídky na celou zakázku nebo na její jednotlivé části. Zadavatel si vyhrazuje právo nabídku v jednotlivých částech, ve kterých nabízené vybavení nesplní požadavky na předmět plnění, vyřadit a nehodnotit.

2.2. Technická specifikace předmětu zakázky

Bližší specifikace jednotlivých částí:

Část 1: Laboratorní mikroskop s diskusním zařízením a digitální kamerou se 4K rozlišením - 1ks

Poptáván je laboratorní mikroskop s diskusním zařízením a digitální kamerou se 4K rozlišením pro Ústav klinické biochemie a hematologie (ÚKBH) FN Plzeň s těmito vlastnostmi:

- osvětlení: LED osvětlení, pravé Köhlerovo osvětlení, aperturní clona s plynulou regulací
- revolverový nosič objektivů s automatickým přenosem zařazeného zvětšení do PC
- stolek: nízký ergonomický stolek s bezhřebenovým systémem ovládání a s keramickou povrchovou vrstvou, možnost nezávislého nastavení tuhosti posuvu v osách x i y, držák pro dva preparáty
- kondenzor: aplanaticko-achromatický s nastavitelnou clonou a numerickou aperturou až 1,4
- tubus: trinokulární širokouhlý s měnitelným sklonem okulárů pro optimální ergonomii, možnost volby dráhy
- okuláry: 10x se zorným polem minimálně č. 22, všechny s možností dioptrické korekce
- dva objektivy pro zorné pole č. 22: oba dva optimalizované pro pozorování hematologických preparátů bez krycího skla: plansemiapochromatický 10x/ 0,3 a planapochromatický 100x/ 1,4 s olejovou imerzí
- diskusní zařízení pro 2 spolupořizovatele s ergonomickými binokulárními tubusy s měnitelným sklonem okulárů (zorné pole minimálně č. 22)
- barevná digitální kamera se 4K (ultra HD) rozlišením:
 - živý obraz s rozlišením min. 3840x2160 pixelů při frekvenci min. 25 snímků/s
 - CCD nebo CMOS snímač o velikosti min. 1"
 - možnost automatického i manuálního vyvážení bílé barvy
 - asistent pro manuální zaostření
 - funkce aktivní redukce šumu

