

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

**Dodávka hlubokomrazicích boxů – 2017****Dotaz č. 1.**

v části 1: Hlubokomrazicí pultový box malý pro NCH – 1ks požadujete teplotu -86°C. Budete akceptovat mrazák s trvale udržitelnou teplotu - 80°C?

**Odpověď:**

Ne, zadavatel trvá na původním řešení, tj. rozsah teplot umožňující dlouhodobé skladování materiálu při teplotě -86° C.

V Plzni dne 27.9.2017



.....  
Ing. Kateřina Voříšková