

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:**

**Dodávka pojízdného RTG skiagrafu – KZM – 2017**

**Dotaz č. 1:**

Požadavek zadavatele uvedený v části č. 2.2. zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu zakázky, odstavec Kompaktní konstrukce přístroje:

Celková hmotnost zařízení max. 420 kg (dlouhá dojezdová vzdálenost stovky metrů), výška max. 160 cm.

Dotaz uchazeče:

Bude zadavatel akceptovat nabídku renomovaného světového výrobce s celkovou hmotností zařízení 460 kg a výškou sloupu rentgenky 178 cm, příp. 193 cm (výrobce nabízí dva typy sloupu rentgenky)?

Uchazeč sděluje, že nabízený přístroj splňuje a překračuje ostatní zadavatelem požadované technické parametry přístroje.

Rovněž uchazeč předpokládá, že i pro tuto veřejnou zakázku povoluje zadavatel toleranční rozsah požadovaných technických parametrů +/- 10 % dle věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Dále uchazeč potvrzuje, že nabízený přístroj je vyhovující pro požadovaný medicínský účel a jeho diagnostické využití, o čemž se zadavatel měl možnost reálně přesvědčit, vzhledem k tomu, že uchazeč u zadavatele již uskutečnil dodávku 4 ks shodného typu nabízeného přístroje v předchozím období (06/2017), a to se sloupem rentgenky vysokým 193 cm. V této předchozí veřejné zakázce zadavatel požadoval pro konstrukci přístroje jiné (celková hmotnost zařízení max. 460 kg) nebo vůbec neuvedené technické parametry, než je tomu nyní (výška max. 160 cm).

Tyto úpravy požadovaných technických parametrů uchazeč vnímá jako snahu zadavatele o omezení práv uchazeče nabídnout v této veřejné zakázce špičkové a vyzkoušené zařízení (více než 25 instalací v ČR) a o snahu zadavatele omezit počet možných uchazečů pro podání nabídky ve veřejné zakázce.

Žádáme proto zadavatele, aby posoudil dotaz a argumenty uchazeče tak, aby nedošlo k jeho omezení na právech účasti ve veřejné zakázce.

**Odpověď:**

Ne, zadavatel trvá na původním řešení uvedeném ve výzvě k podání nabídky, tj. celková hmotnost zařízení max. 420 kg a výška max. 160 cm.

Zadavatel sděluje, že v tomto případě se jedná o nové zadání, které nenavazuje na předchozí, tazatelem míněné, výběrové řízení, a které tedy zohledňuje jiné potřeby jiného konkrétního pracoviště. Aktuálně je poptáván přístroj určený do jiného areálu nemocnice, kde jsou z povahy provozu odlišné rozměrové a váhové nároky.

Toleranční rozsah +/- 10 % zde není přípustný, a to zejména proto, že přípustnou odchylku nabízeného řešení zadavatel povoluje již samotným zadáním, kdy číselně vyjádřené technické parametry jsou zadány jako maximální nebo jako minimální.

V Plzni dne 9.10.2017

Ing. Kateřina Voříšková