

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka 2 ks anesteziologických přístrojů – KARIM – 2017

1. Dotaz

Zadavatel požaduje v bodě 2.2. Technická specifikace předmětu zakázky: Automatické elektronické směřování čerstvé směsi s ochranou proti podání hypoxické směsi.

Bude zadavatel akceptovat přístroj s obdobným technickým řešením, využívající pro směřování turbulenci plynů s ochranou proti hypoxické směsi a navíc se zobrazováním nastavených koncentrací a průtokoměrů na barevné dotykové obrazovce ventilátoru?

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na původním řešení zadání uvedeném ve Výzvě k této veřejné zakázce.

2. Dotaz

Zadavatel požaduje v bodě 2.2. Technická specifikace předmětu zakázky: Dechový objem v min. rozsahu 5 -1400 ml a současně Kompenzace příkonu čerstvých plynů a roztažnosti (kompliance) patientského okruhu

Zadavatel nespecifikuje požadavek na ověření dodávky předně 5 ml dechového objemu v různých modelech ventilace, a tím i splnění kompenzace čerstvých plynů a roztažnosti patientského okruhu.

Účastník dovozuje, že se jedná o požadavek na dodávaný a měřený dechový objem 5 ml a tedy v rozsahu 5-1400ml.

Je tento předpoklad účastníka správný?

Odpověď:

Na dotaz tazatele Zadavatel uvádí, že se jedná o požadavek na dodávaný a měřený dechový objem 5 ml a tedy v rozsahu 5 -1400 ml ve všech typech ventilace.

3. Dotaz

Zadavatel požaduje v bodě 2.2. Technická specifikace předmětu zakázky: Relaxometr a měření stavu vědomí, komplexní monitoring neuromuskulární transmise a BIS integrovaný či lze nabídnout samostatně fungující přístroj.

Účastník nabízí způsob měření stavu vědomí metodou „Entropie“ naprosto srovnatelné s metodou „BIS“. Tuto metodu upřednostnilo několik fakultních klinik v ČR. Entropii (SE a RE) lze kombinovat s měřením bolesti (SPI) a dále vyhodnocovat jako AoA. Odvoláváme se na seminář organizovaný s tímto zaměřením na KARIM ve FN Plzeň.

Bude zadavatel pokládat požadavek za splněný, pokud účastník nabídne pro měření stavu vědomí parametr Entropie s měření parametrů SE, RE, BSR?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat účastníkem navrhované řešení.

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vážení,

oznamujeme, že zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do **10.11.2017** do 9:00 hod. Důvodem je výše uvedená úprava zadávacích podmínek.

V Plzni dne 3.11.2017



Ing. Kateřina Voříšková