

VYHODNOCENÍ NABÍDEK NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:
Dodávka 2 ks anesteziologických přístrojů – KARIM – 2017
Seznam doručených nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče/zájemce	IČ/RČ/datum narození uchazeče/zájemce	Datum a čas podání nabídky
1	Dräger Medical s.r.o.	26700760	3.11.2017 8:50:00
2	MEDISET - CHIRONAX s.r.o.	48200417	6.11.2017 7:55:00

Seznam posuzovaných nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče/zájemce	IČ/RČ/datum narození uchazeče/zájemce	Výsledek posouzení
1	Dräger Medical s.r.o.	26700760	vyhovuje
2	MEDISET - CHIRONAX s.r.o.	48200417	nevyhovuje

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Číslo nabídky	Důvod pro vyřazení nabídky
2	<ul style="list-style-type: none"> Účastník neplní technický parametr stanovený Zadavatelem: <ul style="list-style-type: none"> Monitor životních funkcí od stejného výrobce jako anesteziologický přístroj. Účastník zároveň předkládá ve své nabídce prohlášení o shodě pouze k samostatnému anesteziologickému přístroji (Caelus Lite), nikoliv však k nabízenému monitoru. Hodnotící komise neshledala nabízený monitor životních funkcí vyhovující z hlediska plnění požadavku na integrovaný (či samostatně fungující) relaxometr a BIS (viz požadavek Výzvy). Dle přílohy č. 1 ke kupní smlouvě není součástí nabídkové ceny monitor životních funkcí, ale pouze samostatný anesteziologický přístroj Caelus Lite výrobce Medec Belgie. Hodnotící komise tedy považuje cenovou nabídku účastníka za neúplnou z hlediska obsahu věcného plnění. Pro posouzení splnění požadavků zadavatele na technickou kvalifikaci byl požadován seznam nejméně 3 zakázek podobného charakteru realizovaných účastníkem v posledních 3 letech, obsahující Výzvou uvedené údaje. Účastník v předkládaném seznamu v případě dvou referenčních dodávek neuvádí kontaktní údaje objednatelů.

Posouzení a hodnocení podaných nabídek provedla komise v souladu s požadavky a způsobem hodnocení stanoveným ve výzvě k podání nabídek.

Nabídky			
	Výše nabídkové ceny v Kč s DPH (VNC)	Záruka za jakost (ZZJ)	Náklady na PBTK za 1 rok po záruční době v Kč s DPH (NPBTK)
Dräger Medical s.r.o.	1 983 190,00	24	54 450,00

Hodnocení	
	Celkové předpokládané náklady (CPN) $CPN = VNC + \frac{(PZP - ZZI)}{12} \cdot NTBTK$
Dräger Medical s.r.o.	2 418 790,00

Pořadí	
Dräger Medical s.r.o.	1

K posouzení a hodnocení obdržela komise pouze jedinou nabídku, jež neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu a jejíž nabídkovou cenu komise vyhodnotila jako cenu v místě a čase obvyklou.

Doporučení komise přijmout jedinou podanou nabídku, která nebyla v žádném rozporu s požadovanými specifikacemi, ani předpokládanou cenou – tj. nabídku účastníka **Dräger Medical s.r.o., s nabídkovou cenou 2.418.790,- Kč vč. DPH** (tj. 1.999.000,- Kč bez DPH) bylo schváleno dne 28.11.2017.

V Plzni dne 28.11.2017



 Ing. Kateřina Voříšková

Nabídka			