

VYHODNOCENÍ NABÍDEK NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:
Dodávka bodypletysmografů – 2017 II.
Seznam doručených nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče/zájemce	IČ/RČ/datum narození uchazeče/zájemce	Datum a čas podání nabídky
1	S-medics, s.r.o.	60465271	28.11.2017 06:45:00
2	MR DIAGNOSTIC, s.r.o.	25245791	28.11.2017 08:30:00
3	SAPRO spol. s.r.o.	61534277	28.11.2017 08:55:00

Seznam posuzovaných nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení uchazeče/zájemce	IČ/RČ/datum narození uchazeče/zájemce	Výsledek posouzení
1	S-medics, s.r.o.	60465271	nevyhovuje
2	MR DIAGNOSTIC, s.r.o.	25245791	vyhovuje
3	SAPRO spol. s.r.o.	61534277	-

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Číslo nabídky	Důvod pro vyřazení nabídky
1	<ul style="list-style-type: none"> Účastník neplní technický parametr stanovený Zadavatelem: <ul style="list-style-type: none"> elektromagnetické uzavírání dveří bodypletysmografu Účastník nabízí bodypletysmograf s mechanickým uzavíráním dveří.

Posouzení a hodnocení podaných nabídek provedla komise v souladu s požadavky a způsobem hodnocení uvedenými ve výzvě k podání nabídek.

Podmínky stanovené Zadavatelem

Předpokládaná životnost přístroje v měsících (PZP)	120
----------------------------------------------------	-----

Nabídky


	Výše nabídkové ceny v Kč s DPH (VNC)	Záruka za jakost (ZZJ)	Náklady na PBTK za 1 rok po záruční době v Kč s DPH (NPBTK)
MR Diagnostic s.r.o.	1 532 683,00	24	9 000,00
SAPRO - zdravotnická technika, spol. s r.o.	1 597 200,00	27	9 680,00

Hodnocení	
	Celkové předpokládané náklady (CPN) $CPN = VNC + \frac{(PZP - ZZJ)}{12} * NPBTk$
MR Diagnostic s.r.o.	1 604 683,00
SAPRO - zdravotnická technika, spol. s r.o.	1 672 220,00

Pořadí	
MR Diagnostic s.r.o.	1
SAPRO - zdravotnická technika, spol. s r.o.	2

Doporučení komise přijmout **nejvýhodnější hodnocenou nabídku podle pořadí nabídek** – tj. nabídku účastníka **MR DIAGNOSTIC, s.r.o. s nabídkovou cenou 1.604.683,- Kč vč. DPH** bylo schváleno dne 27.12.2017.

V Plzni dne 28.12.2017



.....
Ing. Kateřina Voříšková