

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:****Dodávka pokrývacího a barvicího automatu – ŠÚP – 2017**

<b>Lhůta pro podání nabídek:</b>	5.12.2017, do 9.00 h	<b>Zodpovědná osoba:</b>	Ing. Lukáš Ureš +420 377 103 645 uresl@fnplzen.cz
----------------------------------	----------------------	--------------------------	---

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka pokrývacího a barvicího automatu – ŠÚP – 2017 (dále jen: „nákup“).

**Obsah**

1. Základní identifikační údaje Zadavatele .....	2
2. Předmět veřejné zakázky .....	2
2.1. Rozdělení zakázky .....	2
2.2. Technická specifikace předmětu zakázky .....	2
3. Předpokládaná hodnota zakázky .....	3
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky .....	3
5. Způsob prokázání kvalifikace .....	3
5.1. Základní způsobilost .....	3
5.2. Profesní způsobilost .....	4
5.3. Technická kvalifikace .....	4
6. Požadovaná struktura nabídky .....	4
7. Vysvětlení zadávací dokumentace .....	4
8. Hodnocení nabídek .....	5
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny .....	5
10. Variantní nabídky .....	5
11. Lhůta pro podání nabídek .....	5
12. Lhůta, po kterou jsou účastníci nabídkami vázáni .....	6
13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky .....	6
14. Způsob a místo pro podání nabídek .....	6
15. Obchodní podmínky .....	6
16. Práva Zadavatele .....	7
17. Přílohy .....	7

## 1. Základní identifikační údaje Zadavatele

<b>Zadavatel</b>	Název Sídlo	Fakultní nemocnice Plzeň Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99
<b>Zastoupený</b>	MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel	
<b>Kontaktní údaje</b>	Kontaktní osoba pro dotazy Telefon E-mail	Ing. Kateřina Voříšková +420 377 402 041 voriskovaka@fnplzen.cz

## 2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) pokrývacího a barvicího automatu pro Šiklův ústav patologie Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění PBTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let).

### 2.1. Rozdělení zakázky

Zadavatel nerozdělil zakázku na části. Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, účastníci mohou tedy podávat nabídky pouze na celou zakázku. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z hodnocení nabídky, ve kterých nebudou nabídnuty kompletně všechny položky. Zadavatel si vyhrazuje právo nabídku, ve které nabízené vybavení nesplní požadavky na předmět plnění, vyřadit a nehodnotit.

### 2.2. Technická specifikace předmětu zakázky

#### Barvicí automat – 1 ks

- plně programovatelný lineární barvicí automat (ne – karuselový nebo patrový)
- minimálně 2 vyhřívané pozice (sušící)
- minimálně 4 vodní pozice (proplachovací)
- kapacita jednoho koše minimálně 30 sklíčků
- vysoká kapacita – minimálně 300 skel za 1 hodinu vč. sušení
- agitace (kontinuální pohyb koše s preparáty v lázni pro dokonalejší obarvení)
- minimálně 4 kyvet (musí obsahovat minimálně 4 vodní a 2 sušící pozice)
- objem kyvet maximálně 450 ml
- minimálně 4 vstupní pozice a 4 výstupní pozice
- s filtrační jednotkou s aktivním uhlím a možností budoucího napojení na odsávání mimo místnost
- záložní zdroj pro případ výpadku napájení součástí dodávky
- barvicí koše pro min. 300 skel (např. 10ks á 30 skel) součástí dodávky
- součástí dodávky rovněž stabilní nerez stůl s dostatečnou velikostí a únosností odpovídající nabízeného barvicího automatu

#### Montovací automat – 1 ks

- montovací (zakrývací automat) krycími skly, nikoliv fólií
- plně kompatibilní s barvicími koši bez redukcí a přemísťování skel (viz výše)
- rozměry krycích skel minimálně 24x 40, 24x 50 a 24x 60 – nebo součástí nabídky příslušenství pro tyto rozměry
- programovatelné položky minimálně: množství média, rychlost zakrývání
- možnost napojení na odsávání mimo místnost nebo dodávka s integrovanou filtrační jednotkou

