

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka optického biometru – OK – 2017**Dotaz č. 1.**

ráda bych se zeptala, zda součástí nabídky Optického biometru by měla být i tiskárna a el. zdvižný stolek?

Odpověď:

Ano, zadavatel požaduje jako součást dodávky optického biometru tiskárnu a elektrický zdvižný stolek. Zároveň zadavatel upozorňuje, že pro účely hodnocení dle bodu 8 Výzvy uvede účastník jako Celkovou výši nabídkové ceny v Kč s DPH (VNC) cenu za všechny položky určené k dodání.

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vážení,

oznamujeme, že zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do **18.12.2017** do 9:00 hod. Důvodem je výše uvedená úprava zadávacích podmínek.

V Plzni dne 8.12.2017

Ing. Kateřina Voříšková