

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

**Dodávka infuzní techniky – KARDIO – 2017****Dotaz č. 1.**

ze zadávací dokumentace, konkrétně z bodu 2.2. Technická specifikace předmětu zakázky vyplývá, že zadavatel požaduje infuzní pumpu i lineární dávkovač o hmotnosti 1,5 kg. Překročení hmotnosti nikterak neovlivní medicínský účel přístroje. Bude zadavatel akceptovat hmotnost infuzní pumpy 2kg a u lineárního dávkovače hmotnost 2,1kg?

**Odpověď:**

Ne, zadavatel nebude akceptovat vyšší hmotnost u obou nabízených položek a trvá na původním požadavku uvedeném ve výzvě k podání nabídek. Důvodem je současné dispoziční řešení pracoviště, zejména s ohledem na nosnost současných závěsů, které jsou plánovány pro umístění sestav infuzní techniky.

**Dotaz č. 2.**

ze zadávací dokumentace, konkrétně z bodu 2.2. Technická specifikace předmětu zakázky – Obecné podmínky vyplývá, že zadavatel požaduje: „Součástí dodávky bude i bezplatné školení tří zaměstnanců FN Plzeň na provádění servisu a odborné údržby (periodických bezpečnostně technických kontrol) dle §64 a §65 zákona č. 268/2014 Sb. V platném znění u infuzní techniky dodávané dodavatelem včetně vystavení příslušného certifikátu a to s minimálně tříletou platností.“ Zároveň zadavatel požaduje: „V případě závady přístroje se účastník zaváže k nástupu na opravu do 48 hodin od nahlášení závady. Neodstraní-li dodavatel závadu do 48 hod, bezplatně zapůjčí přístroj odpovídající nebo vyšší kvality (po dobu opravy přístroje a po celou dobu životnosti přístroje).“ Bude tedy zadavatel požadovat provádění servisu ze strany dodavatele dle zadaných podmínek do doby, než budou zaměstnanci zadavatele proškoleni na provádění servisu? Do jaké doby od dodání předmětu plnění požaduje zadavatel proškolit své zaměstnance?

**Odpověď:**

Proškolením zaměstnanců FN Plzeň k provádění servisu a odborné údržby se účastník nezbavuje povinnosti uvedené ve výzvě, tj. platí, že: „V případě závady přístroje se účastník zaváže k nástupu na opravu do 48 hodin od nahlášení závady. Neodstraní-li dodavatel závadu do 48 hod, bezplatně zapůjčí přístroj odpovídající nebo vyšší kvality (po dobu opravy přístroje a po celou dobu životnosti přístroje).“

Jako přiměřenou dobu pro zaškolení zaměstnanců FN Plzeň uvádí zadavatel lhůtu do 3 měsíců od uzavření kupní smlouvy.

V Plzni dne 13.12.2017

  
.....  
Ing. Kateřina Voříšková