

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:**Dodávka izolátoru nukleových kyselin – MIKRO – 2018****1. Dotaz**

Bod: volitelný eluční objem alespoň v rozsahu 50-100ul

Je požadován plynulý rozsah krokovatelny po jednom ul nebo rozsah pouze v tomto intervalu?

Odpověď:

Zadavatel nepožaduje plynulý rozsah. Je stanoven požadavek na volitelný eluční objem v tom rozsahu, tzn. že v tomto rozsahu musí být nastavitelné minimálně dva eluční objemy.

2. Dotaz

Bod: Eluce do mikrozkuumavek alespoň 0,5 ml

Je tímto myšleno, že zkumavky mají mít minimální objem 0,5 ml, nebo naopak je to maximální přípustný objem?

Odpověď:

Stanovený požadavek na objem je myšlen jako maximální hodnota minimálního objemu eluce.

V Plzni dne 15.1.2018


.....
Ing. Kateřina Voříšková