

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:****Dodávka videoendoskopů – 2018**

Lhůta pro podání nabídek:	23.3.2018, do 9.00 h	Zodpovědná osoba:	Ing. Lukáš Ureš +420 377 103 645 uresl@fnplzen.cz
----------------------------------	----------------------	--------------------------	---

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka videoendoskopů – 2018 (dále jen: „nákup“).

Obsah

1. Základní identifikační údaje Zadavatele	2
2. Předmět veřejné zakázky	2
2.1. Rozdělení zakázky	2
2.2. Technická specifikace předmětu zakázky v jednotlivých částech	2
3. Předpokládaná hodnota zakázky	4
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky	4
5. Způsob prokázání kvalifikace	4
5.1. Základní způsobilost	4
5.2. Profesní způsobilost	4
5.3. Technická kvalifikace	5
6. Požadovaná struktura nabídky	5
7. Vysvětlení zadávací dokumentace	5
8. Hodnocení nabídek	5
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny	6
10. Variantní nabídky	6
11. Lhůta pro podání nabídek	6
12. Lhůta, po kterou jsou účastníci nabídkami vázáni	6
13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky	6
14. Způsob a místo pro podání nabídek	7
15. Obchodní podmínky	7
16. Práva Zadavatele	7
17. Přílohy	8

1. Základní identifikační údaje Zadavatele

Zadavatel	Název	Fakultní nemocnice Plzeň
	Sídlo	Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99
Zastoupený	MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel	
Kontaktní údaje	Kontaktní osoba pro dotazy	Ing. Kateřina Voříšková
	Telefon	+420 377 402 041
	E-mail	voriskovaka@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) videoendoskopů dle níže uvedených specifikací pro Dětskou kliniku (DK) a Kliniku pneumologie a ftizeologie (PNE) Fakultní nemocnice Plzeň včetně následného provádění PBTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let).

2.1. Rozdělení zakázky

Zadavatel rozdělil zakázku na 2 samostatné části:

- Část 1: Videoendoskopy pro DK – celkem 2 ks,
- Část 2: Tenký videobronchoskop pro PNE – 1 ks.

Zadavatel připouští i dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, účastníci mohou tedy podávat nabídky na celou zakázku nebo na její jednotlivé části. Zadavatel si vyhrazuje právo nabídku v jednotlivých částech, ve kterých nabízené vybavení nesplní požadavky na předmět plnění, vyřadit a nehodnotit.

2.2. Technická specifikace předmětu zakázky v jednotlivých částech

Část 1: Videoendoskopy pro DK – celkem 2 ks

V rámci části 1 veřejné zakázky jsou poptávány dvě položky určené pro Dětskou kliniku FN Plzeň – dětský videogastroskop (1 ks) a dětský videokolonoskop (1 ks), v následující specifikaci:

Dětský videogastroskop – 1 ks

- videogastroskop umožňující provedení diagnostiky a terapie v horní části GIT
- zobrazovací systém - barevný CCD čip nebo CMOS
- plně kompatibilní se stávajícím videoendoskopickým vybavením na pracovišti bez nutnosti adaptace - tj. kompatibilita s videoprocesorem (Olympus CV-190) a se zdrojem studeného světla (Olympus CLV-190)
- videogastroskop musí umožňovat selektivní osvětlení tkáně (NBI, i-scan, apod.)
- připojení videogastroskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla/videoprocesoru
- Optický systém:
 - zorné pole minimálně 120°
 - směr pohledu - přímý pohled
 - hloubka pole minimálně 3 – 80 mm
- Zaváděcí tubus:
 - zevní průměr distálního konce maximálně 6 mm
 - zevní průměr tubusu maximálně 6 mm
 - pracovní délka minimálně 1 m
- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,2 mm.
- Ohybová část – rozsah:
 - nahoru minimálně 200°
 - dolů/doprava/doleva minimálně 90°

