

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:**
**Dodávka EKG přístrojů 2018**

<b>Lhůta pro podání nabídek:</b>	26.3.2018, do 9.00 h	<b>Zodpovědná osoba:</b>	Ing. Lukáš Ureš +420 377 103 645 uresl@fnplzen.cz
----------------------------------	----------------------	--------------------------	---

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka EKG přístrojů 2018 (dále jen: „nákup“).

**Obsah**

1. Základní identifikační údaje Zadavatele .....	2
2. Předmět veřejné zakázky .....	2
2.1. Rozdělení zakázky .....	2
2.2. Technická specifikace předmětu zakázky .....	2
2.3. Obecné podmínky .....	4
3. Předpokládaná hodnota zakázky .....	4
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky .....	4
5. Způsob prokázání kvalifikace .....	5
5.1. Základní způsobilost .....	5
5.2. Profesní způsobilost .....	5
5.3. Technická kvalifikace .....	5
6. Požadovaná struktura nabídky .....	5
7. Vysvětlení zadávací dokumentace .....	6
8. Hodnocení nabídek .....	6
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny .....	6
10. Variantní nabídky .....	6
11. Lhůta pro podání nabídek .....	6
12. Lhůta, po kterou jsou účastníci nabídkami vázáni .....	6
13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky .....	7
14. Způsob a místo pro podání nabídek .....	7
15. Obchodní podmínky .....	7
16. Práva Zadavatele .....	7
17. Přílohy .....	8

## 1. Základní identifikační údaje Zadavatele

<b>Zadavatel</b>	Název	Fakultní nemocnice Plzeň
	Sídlo	Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99
<b>Zastoupený</b>	MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel	
<b>Kontaktní údaje</b>	Kontaktní osoba pro dotazy	Ing. Kateřina Voříšková
	Telefon	+420 377 402 041
	E-mail	voriskovaka@fnplzen.cz

## 2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) EKG přístrojů dle níže uvedených specifikací pro zdravotnická oddělení a kliniky (ZOK) Fakultní nemocnice Plzeň.

### 2.1. Rozdělení zakázky

Zadavatel rozdělil zakázku na 2 samostatné části:

- část 1: EKG přístroje základní – 7 ks,
- část 2: EKG přístroj kardiologický – 1 ks,

Zadavatel připouští i dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, účastníci mohou tedy podávat nabídky na celou zakázku nebo na její jednotlivé části. Zadavatel si vyhrazuje právo nabídku v jednotlivých částech, ve kterých nabízené vybavení nesplní požadavky na předmět plnění, vyřadit a nehodnotit.

### 2.2. Technická specifikace předmětu zakázky

Medicínský účel:

12-ti kanálové EKG s detekcí stimulovaných pulsů, současné zobrazení svodů na displeji, kontinuální indikace svodů s žádným nebo špatným signálem. Identifikace špatně umístěných svodů, interpretace EKG pro dospělé, pro děti a dle pohlaví.

Upozornění vztahující se k oběma částem:

**Zadavatel si vyhrazuje právo na předvedení exportu EKG do NIS přes DICOM ve lhůtě do 14 dní od vyzvání k předvedení na pracovišti zadavatele.**

Bližší specifikace jednotlivých částí:

#### Část 1: EKG přístroje základní – 7 ks

EKG přístroje části 1 jsou určeny pro standardní zdravotnická oddělení a kliniky.

- 12-ti svodové EKG
- 12-ti kanálový výstup
- Konfigurace volby svodů musí splňovat normu IEC
- Vysoká odolnost při velkém provozním zatížení
- Snadná údržba a dobrá odolnost při polití klávesnice kapalinou a proti mechanickému poškození přístroje
- Přenos/záznam(tisk) ve všech standardních režimech
- Kontrola kontaktu elektrod (jmenovitá detekce odpadnutých/nefunkčních elektrod)
- Automatická kontrola správného umístění hrudních elektrod výhodou
- Vestavěné filtry svalového třesu a síťového šumu
- Interpretace záznamu podle věku a pohlaví
- Vstupní frekvenční rozsah minimálně v rozmezí 0,06 až 150Hz
- Detekce současných kardiostimulátoru, vzorkovací frekvence min 40kHz
- Podsvícený displej min. 4,5" se zobrazením všech 12 svodů EKG – zobrazení všech svodů bez nutnosti přepínání či jiné manipulace s přístrojem
- Plnohodnotná alfanumerická klávesnice pro zadání patientských dat a identifikačního čísla pacienta.

