

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:****Dodávka antidekubitních matrací 2018**

Lhůta pro podání nabídek:	29.3.2018, do 9.00 h	Zodpovědná osoba:	Ing. Lukáš Ureš +420 377 103 645 uresl@fnplzen.cz
----------------------------------	----------------------	--------------------------	---

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka antidekubitních matrací 2018 (dále jen: „nákup“).

Obsah

1. Základní identifikační údaje Zadavatele.....	2
2. Předmět veřejné zakázky.....	2
2.1. Rozdělení zakázky.....	2
2.2. Technická specifikace předmětu zakázky v jednotlivých částech.....	2
3. Předpokládaná hodnota zakázky.....	3
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky.....	3
5. Způsob prokázání kvalifikace.....	3
5.1. Základní způsobilost.....	4
5.2. Profesní způsobilost.....	4
5.3. Technická kvalifikace.....	4
6. Požadovaná struktura nabídky.....	4
7. Vysvětlení zadávací dokumentace.....	5
8. Hodnocení nabídek.....	5
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny.....	6
10. Variantní nabídky.....	6
11. Lhůta pro podání nabídek.....	6
12. Lhůta, po kterou jsou účastníci nabídkami vázáni.....	6
13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky.....	6
14. Způsob a místo pro podání nabídek.....	6
15. Obchodní podmínky.....	7
16. Práva Zadavatele.....	7
17. Přílohy.....	7

1. Základní identifikační údaje Zadavatele

Zadavatel	Název	Fakultní nemocnice Plzeň
	Sídlo	Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99
Zastoupený	MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel	
Kontaktní údaje	Kontaktní osoba pro dotazy	Ing. Kateřina Voříšková
	Telefon	+420 377 402 041
	E-mail	voriskovaka@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) antidekubitních matrací dle níže uvedených specifikací pro vybraná zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň včetně následného provádění PBTk (pouze pro část 1 zakázky) po záruční době po dobu předpokládané životnosti předmětu plnění (10 let).

2.1. Rozdělení zakázky

Zadavatel rozdělil zakázku na dvě samostatné části:

- část 1: **Aktivní antidekubitní matrace s kompresorem** – 13 ks,
- část 2: **Pasivní antidekubitní matrace** – 92 ks.

Zadavatel připouští i dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, účastníci mohou tedy podávat nabídky na celou zakázku nebo na její jednotlivé části. Zadavatel si vyhrazuje právo nabídku v jednotlivých částech, ve kterých nabízené vybavení nesplní požadavky na předmět plnění, vyřadit a nehodnotit.

Místem věcného plnění je FN Plzeň.

2.2. Technická specifikace předmětu zakázky v jednotlivých částech

Část 1: Aktivní antidekubitní matrace s kompresorem

Aktivní antidekubitní matrace s kompresorem v počtu 13 ks v následující specifikaci:

- aktivní systém pro velmi vysoký stupeň rizika vzniku dekubitu (4. stupeň dekubitů)
- odnímatelné cely
- bezvibrační pumpa
- nastavení tlaku v matraci dle váhy pacienta
- alarm nízkého tlaku, při výpadku napájení, při systémových chybách
- CPR ventil pro rychlé vypuštění matrace
- statický mód
- cyklus alternace 10 nebo 20 minut
- transportní režim
- snadno odnímatelný a prateľný potah
- paropropustný a vodonepropustný potah
- nosnost min. 200 kg
- rozměry 195-200 cm x 85 cm, výška max. 20 cm
- spolehlivý, pravidelný, rychlý servis (komunikace se servisem v českém jazyce)
- instalace a zaškolení obsluhy součástí dodávky

Část 2: Pasivní antidekubitní matrace

Pasivní antidekubitní matrace v počtu 92 ks v následující specifikaci:

- oboustranná antidekubitní matrace pro vysoký stupeň rizika vzniku dekubitů (III – IV. stupeň)
- min. 5-zónová matrace (ramena, hýždě, paty)
- jádro z kombinované studené pěny (vysoké objemové hmotnosti 45 kg/m³)
- pod sakrální částí viskoelastická paměťová pěna (oboustranně), k uložení přímo na rošt lůžka

