

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:
**Dodávka aspirátoru a harmonického skalpelu s nástroji
 pro opakované použití – 2018**

Lhůta pro podání nabídek:	18.4.2018, do 9.00 h	Zodpovědná osoba:	Ing. Lukáš Ureš +420 377 103 645 uresl@fnplzen.cz
----------------------------------	----------------------	--------------------------	---

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka aspirátoru a harmonického skalpelu s nástroji pro opakované použití – 2018 (dále jen: „nákup“).

Obsah

1. Základní identifikační údaje Zadavatele	2
2. Předmět veřejné zakázky	2
2.1. Rozdělení zakázky	2
2.2. Technická specifikace předmětu zakázky v jednotlivých částech	2
3. Předpokládaná hodnota zakázky	3
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky	4
5. Způsob prokázání kvalifikace	4
5.1. Základní způsobilost	4
5.2. Profesní způsobilost	4
5.3. Technická kvalifikace	4
6. Požadovaná struktura nabídky	5
7. Vysvětlení zadávací dokumentace	5
8. Hodnocení nabídek	5
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny	6
10. Variantní nabídky	6
11. Lhůta pro podání nabídek	6
12. Lhůta, po kterou jsou účastníci nabídkami vázáni	6
13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky	6
14. Způsob a místo pro podání nabídek	6
15. Obchodní podmínky	7
16. Práva Zadavatele	7
17. Přílohy	7

1. Základní identifikační údaje Zadavatele

Zadavatel	Název Sídlo	Fakultní nemocnice Plzeň Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99
Zastoupený	MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel	
Kontaktní údaje	Kontaktní osoba pro dotazy Telefon E-mail	Ing. Kateřina Voříšková +420 377 402 041 voriskovaka@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) ultrazvukového aspirátoru dle níže uvedených specifikací pro Chirurgickou kliniku (CHK) a nového (nikoliv repasovaného) harmonického skalpelu s nástroji pro opakované použití dle níže uvedených specifikací pro Otorhinolaryngologickou kliniku (ORL) Fakultní nemocnice Plzeň, oboje včetně následného provádění PBTk po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístrojů (10 let).

2.1. Rozdělení zakázky

Zadavatel rozdělil zakázku na 2 samostatné části:

- Část 1: Ultrazvukový aspirátor – CHK – 1 ks
- Část 2: Harmonický skalpel – ORL – 1 ks.

Zadavatel připouští i dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, účastníci mohou tedy podávat nabídky na celou zakázku nebo na její jednotlivé části. Zadavatel si vyhrazuje právo nabídku v jednotlivých částech, ve kterých nabízené vybavení nesplní požadavky na předmět plnění, vyřadit a nehodnotit.

2.2. Technická specifikace předmětu zakázky v jednotlivých částech

Část 1: Ultrazvukový aspirátor – CHK – 1 ks

Ultrazvukový chirurgický systém CUSA pro řezání a koagulaci tkání pracující s opakovaně použitelným příslušenstvím a nástroji.

Specifikace:

- 1ks generátor s nožním spínačem
 - Hmotnost max. 10kg (pokud se jedná o systém s integrovanou irigační pumpou a odsávací pumpou, je maximální hmotnost max. 30kg)
 - Pracovní frekvence alespoň jedna v rozsahu 23,5 – 25kHz a 47 - 55kHz
 - Minimální trvalý pracovní výkon 90W
 - Použitelný s resterilizovatelným příslušenstvím
 - Akustický a optický alarmy
 - Vodotěsný nožní spínač - stupeň krytí min IPx7
- 1ks irigační pumpa s pedálem
 - Kompatibilní s ultrazvukovým generátorem (případně vestavěná)
 - Hmotnost max. 6kg
 - Regulovatelný průtok
 - Vodotěsný nožní spínač - stupeň krytí min IPx7
- 1ks odsávací pumpa s příslušenstvím
 - Kompatibilní s ultrazvukovým generátorem (případně vestavěná)
 - Hmotnost max. 14kg
 - Podtlak min. 80 kPa
 - Minimální průtok vzduchu 15L/min
 - Regulovatelný výkon odsávání
 - Příslušenství: Sběrná nádoba, hadicový set a bakteriální filtry součástí dodávky

