

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:****Dodávka aspirátoru a harmonického skalpelu s nástroji  
pro opakované použití – 2018****Dotaz č. 1.**

V technické specifikaci předmětu zakázky v části 2: Harmonický skalpel – ORL 1 ks, je mimo jiné uvedeno:

*1 ks generátor s nožním spínačem*

*- Hmotnost max. 10 kg*

Různí výrobci mají vzhledem k různé konstrukci a různým materiálům odlišné rozměry generátoru a odlišnou hmotnost při splnění stejného medicínského účelu.

DOTAZ č. 1:

Bude zadavatel vzhledem k výše uvedeným faktům akceptovat hmotnost generátoru 13,5 kg?

**Odpověď:**

Ano, zadavatel bude akceptovat takovéto řešení, tedy hmotnost generátoru s nožním spínačem max. 13,5 kg při splnění ostatních zadávacích podmínek Zadavatele.

**Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Vážení,

oznamujeme, že zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do **23.4.2018** do 9:00 hod. Důvodem je výše uvedená úprava zadávacích podmínek.

V Plzni dne 13.4.2018

  
.....  
Ing. Kateřina Voříšková