

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka šokových zmrazovačů plazmy – TO – 2018

1. Dotaz

V ZD v bodu 2. Předmět veřejné zakázky část Obecné podmínky uvádíte:

- V případě závady přístroje se účastník zaváže k nástupu na opravu do 48 hodin od nahlášení závady. Neodstraní-li dodavatel závadu do 48 hodin, bezplatně zapůjčí přístroj odpovídající nebo vyšší kvality.

Na tento bod navazuje bod E. Smlouvy o dílo, příloha č.1:

I. Časové limity a záruka na opravy pro potřeby bodu 8 článku VIII smlouvy

A. Záruka za jakost, poskytnutá Zhotovitelem Objednateli na provedené opravy: 6 měsíců.

B. Časové limity pro provádění oprav:

- opravy budou zahájeny do (od tel. nahlášení a potvrzení emailem): **48 hodin**
- závady budou odstraněny do (od zahájení opravy): **48 hodin**

Do časového limitu se nepočítá sobota, neděle a dny státem uznaných svátků. Požaduje-li Objednatel výslovně provedení opravy v uvedené dny, uvede to na písemné objednávce.

Tyto časové limity uvedení ZP nebo zařízení do provozu jsou pro Zhotovitele závazné, nebude-li v konkrétním případě ze závažných důvodů s Objednatelem dohodnuto jinak (např. dovoz ND, který není u Zhotovitele z cenových důvodů skladem). **Zapůjčením náhradního přístroje se časový limit přerušuje.**

Dotaz:

Podle naší zkušenosti není v případě závažnější poruchy z technologických důvodů možné uvést Zboží zpět do bezvadného stavu ve stanovené lhůtě do 48 hodin i v případě dostupnosti ND skladem. Důvodem je nutnost provést několik technologických kroků, které mají svou časovou fázi včetně testování.

Zapůjčení náhradního přístroje, který máme samozřejmě dispozici, možné je, ovšem jeho uvedení do provozu též požaduje dodržení technologických kroků s časovou fází (nestačí zapojit do zásuvky). Tedy jeho použití není řešením pro dodržení stanovené lhůty.

Z těchto důvodů navrhuje lhůtu pro odstranění závady a uvedení Zboží zpět do bezvadného stavu prodloužit ze 48h na alespoň 5 dní od nástupu na opravu, s tím, že v případě nutnosti ND, který není z cenových důvodů skladem, se časový limit přerušuje zapůjčením náhradního přístroje.

Prosíme zadavatele o zvážení prodloužení této lhůty z uvedených důvodů. Je navrhovaná úprava pro zadavatele přijatelná?

Odpověď:

Zadavatel připouští prodloužení časového limitu pro odstranění závad, avšak tak, aby činil max. 96 hodin. V tomto smyslu je také možné upravit vzorovou smlouvu o dílo v dotčených bodech (E.2. přílohy č.1). Zapůjčením náhradního přístroje se uvedený časový limit přerušuje. Časový limit pro zahájení opravy zůstane zachován.

V Plzni dne 21.5.2018


.....
Ing. Kateřina Voříšková