

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:****Dodávka 2 ks otevřeného automatického ELISA systému –
ÚIA – 2018**

Lhůta pro podání nabídek:	4.6.2018, do 9.00 h	Zodpovědná osoba:	Ing. Lukáš Ureš +420 377 103 645 uresl@fnplzen.cz
----------------------------------	---------------------	--------------------------	---

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka 2 ks otevřeného automatického ELISA systému – ÚIA – 2018 (dále jen: „nákup“).

Obsah

1. Základní identifikační údaje Zadavatele.....	2
2. Předmět veřejné zakázky.....	2
2.1. Rozdělení zakázky.....	2
2.2. Technická specifikace předmětu zakázky.....	2
3. Předpokládaná hodnota zakázky.....	3
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky.....	3
5. Způsob prokázání kvalifikace.....	3
5.1. Základní způsobilost.....	3
5.2. Profesní způsobilost.....	4
5.3. Technická kvalifikace.....	4
6. Požadovaná struktura nabídky.....	4
7. Vysvětlení zadávací dokumentace.....	5
8. Hodnocení nabídek.....	5
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny.....	6
10. Variantní nabídky.....	6
11. Lhůta pro podání nabídek.....	6
12. Lhůta, po kterou jsou účastníci nabídkami vázáni.....	6
13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky.....	6
14. Způsob a místo pro podání nabídek.....	7
15. Obchodní podmínky.....	7
16. Práva Zadavatele.....	7
17. Přílohy.....	8

1. Základní identifikační údaje Zadavatele

Zadavatel	Název Sídlo	Fakultní nemocnice Plzeň Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99
Zastoupený	MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel	
Kontaktní údaje	Kontaktní osoba pro dotazy Telefon E-mail	Ing. Kateřina Voříšková +420 377 402 041 voriskovaka@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 2 ks nových (nikoliv repasovaných) otevřených, automatických ELISA systémů dle specifikace uvedené v této Výzvě pro Ústav imunologie a alergologie (ÚIA) Fakultní nemocnice Plzeň včetně následného provádění PBTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let). Součástí předmětu plnění jsou rovněž následné dodávky spotřebního materiálu dle specifikace a množství uvedené v této Výzvě po dobu životnosti přístroje (tj. 8 let)

2.1. Rozdělení zakázky

Zadavatel nerozdělil zakázku na části. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z hodnocení nabídky, ve kterých nebudou nabídnuty kompletně všechny položky.

2.2. Technická specifikace předmětu zakázky

OTEVŘENÝ, AUTOMATICKÝ ELISA SYSTÉM – 2 ks, každý o následujících parametrech a v uvedené sestavě:

- automatický systém (s pipetorem), pro zpracování dvou ELISA destiček v jednom cyklu
- otevřený ELISA systém (použití reagentů v plném spektru od jakéhokoliv výrobce) se softwarem, který umožňuje uživateli naprogramovat různé postupy zpracování ELISA metody včetně možnosti použití uložených kalibračních křivek metod.
- pipetování vzorků a reagentů použitím jednorázových špiček.
- předředění vzorků v ředicích stripech (ne v mikrodestičkách)
- zpracování jednotlivých destiček při různých teplotách a frekvenci třepání
- detekce hladiny
- možnost použít minimálně dva různé promývací roztoky v jednom cyklu
- identifikace vzorků pomocí čtečky čárových kódů
- zajištění obousměrného online připojení do LIS OpenLIMS (načítání požadavků, odesílání výsledků) součástí dodávky
- PC ovládací stanice a černobílá laserová tiskárna součástí dodávky (zadavatel preferuje z důvodu nákupu spotřebního materiálu tiskárnu značky HP, nejlépe HP LaserJet Pro M402dne; nabídnutí jiné značky nepředstavuje nesplnění požadavků zadavatele)
- UPS pro připojení PC součástí dodávky

Obecné podmínky

- Součástí dodávky bude vyžadována instalace, zaškolení obsluhy v používání přístroje a dodání návodů k obsluze a technických listů.
- Spolehlivý, pravidelný, rychlý servis (komunikace se servisem v českém jazyce)
- Závazek zajištění telefonické konzultace (pracovní dny 7-15:30hod) v případě poruchy přístroje a opětovného uvedení přístroje do provozu nejpozději do 48 hodin od oznámení poruchy. Neodstraní-li dodavatel závadu do 48 hod, bezplatně zapůjčí přístroj odpovídající nebo vyšší kvality.
- Podmínky poskytování servisu jsou zakotveny ve vzorové servisní smlouvě v příloze č. 3, která slouží jako závazný vzor pro účastníkem předkládaný návrh servisní smlouvy.
- Minimálně 24měsíční záruční doba (musí být jednotná pro všechny komponenty dodávky).
- V době záruky provádění PBTK a elektrických revizí zdarma.

