

VYSVĚTLENÍ Č. 2 ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:**Dodávka RT termocyklu – MIKRO – 2018****1. Dotaz**

V případě splnění všech ostatních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, je možné nabídnout přístroj, který nemá CE-IVD certifikaci?"

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na CE-IVD certifikaci pro nabídnutý přístroj.

V Plzni dne 26.6.2018



.....
Ing. Kateřina Voříšková