

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:****Dodávka nemocničních lůžek 2018**

<b>Lhůta pro podání nabídek:</b>	10.7.2018, do 9.00 h	<b>Zodpovědná osoba:</b>	Ing. Lukáš Ureš +420 377 103 645 uresl@fnplzen.cz
----------------------------------	----------------------	--------------------------	---

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka nemocničních lůžek 2018 (dále jen: „nákup“).

**Obsah**

1. Základní identifikační údaje Zadavatele .....	2
2. Předmět veřejné zakázky .....	2
2.1. Technická specifikace předmětu zakázky v jednotlivých částech .....	2
2.2. Ostatní podmínky společné pro všechny části zakázky .....	7
3. Předpokládaná hodnota zakázky .....	8
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky .....	8
5. Způsob prokázání kvalifikace .....	8
5.1. Základní způsobilost .....	8
5.2. Profesní způsobilost .....	8
5.3. Technická kvalifikace .....	8
6. Požadovaná struktura nabídky .....	9
7. Vysvětlení zadávací dokumentace .....	9
8. Hodnocení nabídek .....	9
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny .....	10
10. Variantní nabídky .....	10
11. Lhůta pro podání nabídek .....	10
12. Lhůta, po kterou jsou účastníci nabídkami vázáni .....	10
13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky .....	10
14. Způsob a místo pro podání nabídek .....	10
15. Obchodní podmínky .....	10
16. Práva Zadavatele .....	11
17. Přílohy .....	11

## 1. Základní identifikační údaje Zadavatele

<b>Zadavatel</b>	Název	Fakultní nemocnice Plzeň
	Sídlo	Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99
<b>Zastoupený</b>	MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel	
<b>Kontaktní údaje</b>	Kontaktní osoba pro dotazy	Ing. Kateřina Voříšková
	Telefon	+420 377 402 041
	E-mail	voriskovaka@fnplzen.cz

## 2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) nemocničních lůžek pro vybraná zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň dle základní specifikace:

CPV	33.19.21.00-3	Lůžka pro použití ve zdravotnictví	
Část	Název části	Počet	Pracoviště
č.1	Lůžko standardní (elektrické) + patientský stolek	9 ks	CHIRO (FN Bory)
č.2	Lůžko elektricky polohovatelné pro obézní pacienty	2 ks	KOZNI (FN Bory), KARIM CPL (FN Lochotín)
č.3	Lůžko dětské	3 ks	UROL (FN Bory), KARIM CPL (FN Lochotín)
č.4	Lůžko urgentní-transportní	15 ks	KARIM CPL (FN Lochotín)
Celkem		29 ks	

Zakázka je rozdělena na **4 samostatné části** (viz tabulka výše). Zadavatel připouští i dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, účastníci mohou tedy podávat nabídky na celou zakázku nebo na její jednotlivé části. Zadavatel si vyhrazuje právo nabídku v jednotlivých částech, ve kterých nabízené vybavení nesplní požadavky na předmět plnění, vyřadit a nehodnotit.

Místem věcného plnění je FN Plzeň.

### 2.1. Technická specifikace předmětu zakázky v jednotlivých částech

Zadavatelem požadované technické parametry a funkční vlastnosti věcného plnění jsou uvedeny jako minimální, které musí nabízené věcné plnění naplnit.

U číselných parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.) nebo maximální (max.) či jejich ekvivalenty (více než), zadavatel připouští toleranční rozsah  $\pm 10\%$ , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. jeho diagnostické nebo terapeutické využití.

Skutečnost, kdy nabídne účastník jiné technické řešení a zároveň v rámci nabídkového řízení dostatečně jasně prokáže, že nabízené zařízení kvalitativně i kapacitně vyhovuje požadavkům zadavatele a plní požadovaný medicínský účel, nebude důvodem k vyloučení nabídky z účasti na veřejné zakázce pro neplnění věcného zadání zadavatele.

Případné použití firemních názvů či terminologie specifické pro určitého výrobce má pouze význam ilustračního příkladu požadovaného řešení či funkcionality zařízení, nikoliv význam požadavku na nabídku konkrétního přístroje vymezeného tímto názvem funkcionality či technologie.

Předmětem nabídky může být pouze výrobek, jenž splňuje evropskou certifikaci 93/42/EEC, normy EN 60601-1 a 2, byl řádně uveden na trh a je vystaveno platné prohlášení o shodě, je-li příslušnou legislativou požadováno. V případě, že nebude platné prohlášení o shodě součástí nabídky, zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídku z hodnocení.

