

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:****Dodávka vyhřívacích lůžek – NEON – 2018**

Lhůta pro podání nabídek:	24.8.2018, do 9.00 h	Zodpovědná osoba:	Ing. Lukáš Ureš +420 377 103 645 uresl@fnplzen.cz
----------------------------------	----------------------	--------------------------	---

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka vyhřívacích lůžek – NEON – 2018 (dále jen: „nákup“).

Obsah

1. Základní identifikační údaje Zadavatele	2
2. Předmět veřejné zakázky	2
3. Předpokládaná hodnota zakázky	2
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky	3
5. Způsob prokázání kvalifikace	3
5.1. Základní způsobilost	3
5.2. Profesionální způsobilost	3
5.3. Technická kvalifikace	3
6. Požadovaná struktura nabídky	4
7. Vysvětlení zadávací dokumentace	4
8. Hodnocení nabídek	4
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny	5
10. Variantní nabídky	5
11. Lhůta pro podání nabídek	5
12. Lhůta, po kterou jsou účastníci nabídkami vázáni	5
13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky	5
14. Způsob a místo pro podání nabídek	5
15. Obchodní podmínky	5
16. Práva Zadavatele	6
17. Přílohy	6

1. Základní identifikační údaje Zadavatele

Zadavatel	Název	Fakultní nemocnice Plzeň
	Sídlo	Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99
Zastoupený	MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel	
Kontaktní údaje	Kontaktní osoba pro dotazy	Ing. Kateřina Voříšková
	Telefon	+420 377 402 041
	E-mail	voriskovaka@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 8 ks nových (nikoliv repasovaných) vyhříváných lůžek pro Neonatologické oddělení (NEON) Fakultní nemocnice Plzeň včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti lůžek (8 let).

Zadavatel nerozdělil zakázku na části. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z hodnocení nabídky, ve kterých nebudou nabídnuty kompletně všechny položky.

Bližší specifikace lůžek:

- Automatické zaměření sálavého tepla i v případě, že zářič je umístěn na boku – otočný zářič
- Měření centrální a periferní teploty – nepřetržitý monitoring na integrovaném digitálním displeji
- Vyhříváná gelová matrace bez galvanického připojení do prostoru pacienta
- Ovládací panel umístěn pod zářičem – snadná manipulace
- Jasné zobrazení alarmu – barevně, textově i akusticky
- Vyšetřovací světlo – min. dvě úrovně jasu
- Pevná police s eurolíštou na stranách 2ks
- Nízké postranice cca 15 cm
- Dvě otočné dvojskříňky s poličkou
- Plynulé naklápění lůžka
- Vestavěná odsávačka
- Snadná údržba a čištění

Obecné podmínky

- Součástí dodávky bude vyžadována instalace, zaškolení obsluhy v používání přístroje a dodání návodů k obsluze a technických listů.
- Spolehlivý, pravidelný, rychlý servis.
- V případě závady přístroje se účastník zaváže k nástupu na opravu do 48 hodin od nahlášení závady. Neodstraní-li dodavatel závadu do 48 hod, bezplatně zapůjčí přístroj odpovídající nebo vyšší kvality.
- Podmínky poskytování servisu jsou zakotveny ve vzorové servisní smlouvě v příloze č. 3, která slouží jako závazný vzor pro účastníkem předkládaný návrh servisní smlouvy.
- Minimálně 24měsíční záruční doba (musí být jednotná pro všechny komponenty dodávky).
- V době záruky provádění BTK a elektrických revizí zdarma.

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 1.990.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota zahrnuje cenu dodávky i cenu servisu a revizí po dobu předpokládané životnosti předmětu této zakázky.

