

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:
Dodávka břišního rozvěrače – GPK – 2018

Lhůta pro podání nabídek:	4.9.2018, do 9.00 h	Zodpovědná osoba:	Ing. Lukáš Ureš +420 377 103 645 uresl@fnplzen.cz
----------------------------------	---------------------	--------------------------	---

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka břišního rozvěrače – GPK – 2018 (dále jen: „nákup“).

Obsah

1. Základní identifikační údaje Zadavatele	2
2. Předmět veřejné zakázky	2
2.1. Rozdělení zakázky	2
2.2. Technická specifikace předmětu zakázky	2
3. Předpokládaná hodnota zakázky	3
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky	3
5. Způsob prokázání kvalifikace	4
5.1. Základní způsobilost	4
5.2. Profesní způsobilost	4
5.3. Technická kvalifikace	4
6. Požadovaná struktura nabídky	4
7. Vysvětlení zadávací dokumentace	5
8. Hodnocení nabídek	5
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny	5
10. Variantní nabídky	5
11. Lhůta pro podání nabídek	5
12. Lhůta, po kterou jsou účastníci nabídkami vázáni	5
13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky	5
14. Způsob a místo pro podání nabídek	6
15. Obchodní podmínky	6
16. Práva Zadavatele	6
17. Přílohy	6

1. Základní identifikační údaje Zadavatele

Zadavatel	Název	Fakultní nemocnice Plzeň
	Sídlo	Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99
Zastoupený	MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel	
Kontaktní údaje	Kontaktní osoba pro dotazy	Ing. Kateřina Voříšková
	Telefon	+420 377 402 041
	E-mail	voriskovaka@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) břišního rozvěrače pro transplantační výkony pro Gynekologicko-porodnickou kliniku (GPK) Fakultní nemocnice Plzeň.

2.1. Rozdělení zakázky

Zadavatel nerozdělil zakázku na části. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z hodnocení nabídky, ve kterých nebudou nabídnuty kompletně všechny položky.

2.2. Technická specifikace předmětu zakázky

Břišní rozvěrač pro transplantační výkony

- Multifunkční operační rozvěrač pro složitější transplantační operace.
- Možnost fixace rozvěrače k liště operačního stolu – nutné min. 2 fixační body na protilehlých stranách.
- Upevnění nosné tyče přes sterilní rouškování.
- Možnost variabilního upevnění ramen – buď v jednom bodě, nebo ve dvou s možností vytvoření rámu pomocí sklopné příčné tyče.
- Fixace držáků lopatek pomocí rychloupínacích svorek (vaček).
- Možnost nastavení lopatek v horizontální i vertikálním směru (naklápění) v průběhu výkonu.
- Jednoduché, intuitivní a rychlé uchycení jednotlivých lopatek.
- Lopatky zůstávají po uchycení volně otočné a je možné je i zafixovat/uzamknout ve stabilní poloze.
- Sestava musí obsahovat různé typy lopatek, které bude možné zaměňovat na míru každého pacienta (různé typy a velikosti vhodné pro retrakci měkkých tkání, břišní stěny i břišních orgánů).
- Sestava musí obsahovat tvarovatelné lopatky a tvarovatelné lopatky typu „prsty“.

Bližší specifikace a počty jednotlivých komponent:

Položka č.	Název komponenty (položky)	Počet ks
1.	Stojna Elite III Rail Clamp, 2 svorky, 46 cm	2
2.	Příčná tyč bilaterální - sklopná 29cm x 22cm x 29cm (11 1/2"x8 1/2"x11 1/2")	1
3.	Příčná tyč bilaterální 18cm x 34cm x 18cm (7 1/4"x13 1/2"x7 1/4")	1
4.	Příčná tyč se 2 úchyty 61 cm	2
5.	Rameno zahnuté 61 cm (28 x 33 cm) @ 45°	2
6.	Rameno zahnuté 45 cm (20 x 25 cm) @ 45°	2
7.	Tyč pro břišní operace 36 cm x 15 cm	1
8.	Nasazovací držák lopatek s naklápěcí hlavou 20 cm	8
9.	"T" klíč k naklápěcí hlavě	2
10.	Lopatka Wide Balfour 100mm x 61mm (4" x 2 3/8")	2

