

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

Dodávka mrazicích boxů – 2018

Lhůta pro podání nabídek:	2.10.2018, do 9.00 h	Zodpovědná osoba:	Ing. Lukáš Ureš +420 377 103 645 uresl@fnplzen.cz
----------------------------------	----------------------	--------------------------	---

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka mrazicích boxů – 2018 (dále jen: „nákup“).

Obsah

1. Základní identifikační údaje Zadavatele	2
2. Předmět veřejné zakázky	2
2.1. Rozdělení zakázky	2
2.2. Technická specifikace předmětu zakázky v jednotlivých částech	2
3. Předpokládaná hodnota zakázky	4
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky	5
5. Způsob prokázání kvalifikace	5
5.1. Základní způsobilost	5
5.2. Profesionální způsobilost	5
5.3. Technická kvalifikace	5
6. Požadovaná struktura nabídky	6
7. Vysvětlení zadávací dokumentace	6
8. Hodnocení nabídek	6
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny	6
10. Variantní nabídky	7
11. Lhůta pro podání nabídek	7
12. Lhůta, po kterou jsou účastníci nabídkami vázáni	7
13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky	7
14. Způsob a místo pro podání nabídek	7
15. Obchodní podmínky	7
16. Práva Zadavatele	8
17. Přílohy	8

1. Základní identifikační údaje Zadavatele

Zadavatel	Název	Fakultní nemocnice Plzeň
	Sídlo	Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99
Zastoupený	MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel	
Kontaktní údaje	Kontaktní osoba pro dotazy	Ing. Kateřina Voříšková
	Telefon	+420 377 402 041
	E-mail	voriskovaka@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) mrazicích boxů dle níže uvedených specifikací pro vybraná zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň:

2.1. Rozdělení zakázky

Zadavatel rozdělil zakázku na 3 samostatné části:

- část 1: Hlubokomrazicí boxy, -86°C, zdravotnické prostředky – 3 ks,
- část 2: Hlubokomrazicí box pultový, -86°C – 1ks,
- část 3: Mrazicí box skříňový, -40°C – 5 ks.

Zadavatel připouští i dílčí plnění předmětu veřejné zakázky, účastníci mohou tedy podávat nabídky na celou zakázku nebo na její jednotlivé části. Zadavatel si vyhrazuje právo nabídku v jednotlivých částech, ve kterých nabízené vybavení nesplní požadavky na předmět plnění, vyřadit a nehodnotit.

2.2. Technická specifikace předmětu zakázky v jednotlivých částech

Část 1: Hlubokomrazicí boxy, -86°C, zdravotnické prostředky – celkem 3 ks

Předmětem části 1 této veřejné zakázky jsou 3 ks hlubokomrazicích boxů, každý kus o jiných technických parametrech (rozděleno do 3 položek):

Položka č. 1: Hlubokomrazicí box skříňový, -86°C – 1 ks

- Skříňové provedení
- Vnitřní objem 500 až 550 litrů
- kapacita minimálně 380 ks 2" krabiček
- Trvale udržitelná teplota -86°C při okolní teplotě až +30°C
- velký dotykový LCD displej s pamětí průběhu teplot
- USB port pro přenos uložených dat
- Nastavení teploty v rozsahu -60°C až -85°C
- Duální systém chlazení (dva nezávislé chladicí okruhy a kompresory)
(při poruše jednoho kompresoru druhý drží teplotu dlouhodobě na -70 °C v celém prostoru boxu)
- Ventil, umožňující snadné znovuotevření dveří ihned po zavření
- Bezfiltrový a bezúdržbový systém
- Max. vnější rozměry v x š x h: 2000 x 800 x 890 mm
- Pojezdová kolečka
- Vnitřní plochy snadno dezinfikovatelné a omyvatelné běžnými desinfekčními prostředky
- 2 plnohodnotné izolované vyjímatelné vnitřní dveře
- průchodka pro teplotní čidlo
- Optický a akustický alarm pro: výpadek proudu, výkyvy teplot, otevřené dveře, závada chlazení
- Automatické spuštění boxu po obnovení dodávky proudu
- Napájení 230V
- Součástí dodávky:
 - nerezové stojany max. vnější rozměr (š x hl x v) 140 x 560 x 335 mm
 - min. 8ks nerezových stojanů s vyjížděcími zásuvkami pro min. 12 krabiček (v x hl x š / 100 x 130 x 130 mm)
 - min. 8ks nerezových stojanů s hladkými vyjížděcími platy bez zarážek, s roztečí min. 100 mm

