

VYSVĚTLENÍ Č. 2 ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VÝZVY NA PLNĚNÍ VZMR:

Dodávka mrazicích boxů – 2018**Dotaz:**

Pro část 3. Mrazicí box skříňový -40°C – 5 ks.

1. V technických parametrech je požadavek na vnější rozměry vxš x h: 2000 x 630 x 740 mm. Již v předcházejícím dotazu potenciálního dodavatele, bylo sděleno, že je možné nabídnout box o jakýkoliv rozměrech, které odpovídají maximálním rozměrům uvedených ve výzvě k této veřejné zakázce.

Právě při podrobném průzkumu trhu by zadavatel zjistil, že právě maximálně stanovená šíře tohoto mrazicího skříňového boxu pro skladování plazmy s rozsahem -40°C při minimálním objemu 425 litrů, je dostupná právě pouze u jednoho, již zmiňovaného výrobce s jedním konkrétním výrobkem a žádný jiný výrobce nespĺňuje požadovaný parametr šíře boxu max. 630 mm.

Náš dotaz zní:

Bude zadavatel akceptovat přístroj, který absolutně splňuje veškeré technické požadavky nebo je překračuje, ale má šířku 660 mm, která jen nepatrně překračuje požadovanou maximální šířku 630 mm??

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na uvedené maximální šířce boxu 630 mm. Důvodem jsou prostorové dispozice pracoviště. Zadavatel disponuje omezenou plochou pro umístění mrazicích boxů, pro jejíž maximální a zároveň pohodlné využití je pro zadavatele ideální vnější šířka boxu 600 mm. S cílem zachovat a podporovat hospodářskou soutěž stanovil zadavatel toleranci parametru, a to o 30 mm více, než je pro zadavatele ideální šířka. Tento postup se projevil v zadání jako parametr maximální šířky boxu 630 mm, jenž je pro účastníky nepřekročitelný. Při jeho překročení, byť jen nepatrně, nebude zadavatel schopen umístit mrazicí boxy na příslušné místo bez dalších stavebních úprav, což se mu jeví jako značně neekonomické.

V Plzni dne 3.10.2018



Ing. Kateřina Voříšková