

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:****Dodávka agregometru včetně spotřebního materiálu – KCH – 2018 II.**

Lhůta pro podání nabídek:	13.11.2018, do 9.00 h	Zodpovědná osoba:	Ing. Lukáš Ureš +420 377 103 645 uresl@fnplzen.cz
----------------------------------	-----------------------	--------------------------	---

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka agregometru včetně spotřebního materiálu – KCH – 2018 II. (dále jen: „nákup“).

Obsah

1. Základní identifikační údaje Zadavatele	2
2. Předmět veřejné zakázky	2
2.1. Rozdělení zakázky	2
2.2. Technická specifikace předmětu zakázky	2
3. Předpokládaná hodnota zakázky	3
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky	3
5. Způsob prokázání kvalifikace	3
5.1. Základní způsobilost	3
5.2. Profesní způsobilost	4
5.3. Technická kvalifikace	4
6. Požadovaná struktura nabídky	4
7. Vysvětlení zadávací dokumentace	5
8. Hodnocení nabídek	5
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny	6
10. Variantní nabídky	6
11. Lhůta pro podání nabídek	6
12. Lhůta, po kterou jsou účastníci nabídkami vázáni	6
13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky	6
14. Způsob a místo pro podání nabídek	7
15. Obchodní podmínky	7
16. Práva Zadavatele	7
17. Přílohy	7

1. Základní identifikační údaje Zadavatele

Zadavatel	Název Sídlo	Fakultní nemocnice Plzeň Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99
Zastoupený	MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel	
Kontaktní údaje	Kontaktní osoba pro dotazy Telefon E-mail	Ing. Kateřina Voříšková +420 377 402 041 voriskovaka@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) příručního agregometru pro měření účinnosti antiagregační léčby dle specifikace uvedené v této Výzvě pro Kardiochirurgické oddělení (KCH) Fakultní nemocnice Plzeň včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let). Součástí předmětu plnění jsou rovněž pravidelné dodávky spotřebního materiálu dle specifikace a množství uvedené v této Výzvě po dobu životnosti přístroje (tj. 8 let)

2.1. Rozdělení zakázky

Zadavatel nerozdělil zakázku na části. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z hodnocení nabídky, ve kterých nebudou nabídnuty kompletně všechny položky.

2.2. Technická specifikace předmětu zakázky

Příruční agregometr pro měření účinnosti antiagregační léčby:

- příruční IVD zařízení pro specifické hodnocení reaktivity krevních destiček z čerstvé plné krve s možností měření přímo u lůžka pacienta
- potřebný čas na stanovení výsledků po aplikaci krevního vzorku do 5 min.
- samokalibrovací přístroj, bez nutnosti recalibrace
- bez nutnosti pipetování
- měření účinku acetylsalicylové kyseliny
- měření účinku klopidogrelu, prasugrelu, tikagreloru
- jednoduchá interpretace výsledků krevních testů
- stanovení základní BASELINE reaktivity trombocytů
- stanovení procentuální inhibice krevních destiček

Obecné podmínky

- Součástí dodávky bude vyžadována instalace, zaškolení obsluhy v používání přístroje a dodání návodů k obsluze a technických listů.
- Spolehlivý, pravidelný, rychlý servis (komunikace se servisem v českém jazyce)
- Podmínky poskytování servisu jsou zakotveny ve vzorové servisní smlouvě v příloze č. 3, která slouží jako závazný vzor pro účastníkem předkládaný návrh servisní smlouvy.
- Minimálně 24měsíční záruční doba (musí být jednotná pro všechny komponenty dodávky).
- V době záruky provádění BTK a elektrických revizí zdarma.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Spotřebním materiálem se rozumí kity k provedení dále uvedených vyšetření na nabídnutém přístroji dle požadavků výše a další veškerý nezbytný materiál pro správný provoz nabídnutého přístroje (čisticí materiál apod.). Spotřební materiál musí být v souladu s Evropskou direktivou IVD 98/79 EC označen značkou shody CE.

