

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:
Dodávka překladového zařízení – COS – 2019

Lhůta pro podání nabídek:	25.2.2019, do 9.00 h	Zodpovědná osoba:	Ing. Lukáš Ureš +420 377 103 645 uresl@fnplzen.cz
----------------------------------	----------------------	--------------------------	---

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka překladového zařízení – COS – 2019 (dále jen: „nákup“).

Obsah

1. Základní identifikační údaje Zadavatele	2
2. Předmět veřejné zakázky	2
2.1. Rozdělení zakázky	2
2.2. Technická specifikace předmětu zakázky	2
2.3. Požadavek na úpravu pracoviště	3
2.4. Ostatní požadavky	3
3. Předpokládaná hodnota zakázky	4
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky	4
5. Způsob prokázání kvalifikace	4
5.1. Základní způsobilost	4
5.2. Profesní způsobilost	4
5.3. Technická kvalifikace	4
6. Požadovaná struktura nabídky	5
7. Vysvětlení zadávací dokumentace	5
8. Hodnocení nabídek	5
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny	6
10. Variantní nabídky	6
11. Prohlídka místa plnění za účelem zpracování nabídky	6
12. Lhůta pro podání nabídek	6
13. Lhůta, po kterou jsou účastníci nabídkami vázáni	6
14. Požadavky na zpracování a předložení nabídky	7
15. Způsob a místo pro podání nabídek	7
16. Obchodní podmínky	7
17. Práva Zadavatele	7
18. Přílohy	8

1. Základní identifikační údaje Zadavatele

Zadavatel	Název	Fakultní nemocnice Plzeň
	Sídlo	Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99
Zastoupený	MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel	
Kontaktní údaje	Kontaktní osoba pro dotazy	Ing. Kateřina Voříšková
	Telefon	+420 377 402 041
	E-mail	voriskovaka@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) překladačového zařízení pro Centrální operační sály (COS) Fakultní nemocnice Plzeň včetně jeho instalace a následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti zařízení (12 let).

2.1. Rozdělení zakázky

Zadavatel nerozdělil zakázku na části. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z hodnocení nabídky, ve kterých nebudou nabídnuty kompletně všechny položky.

2.2. Technická specifikace předmětu zakázky

- Stacionární zařízení s oknem pro překládku pacientů z lůžka na operační stůl a z operačního stolu na lůžko
- Nosnost min. 175 kg
- Šířka zařízení max. 2700 mm
- Výška zařízení max. 3000 mm
- Rozměry překládací desky:
 - šířka (vnitřní rozměr – šířka pásu) min. 1800 mm
 - délka min 1150 mm
 - maximální fyzická šířka překladačové desky 1920mm
- Výškové nastavení překládací desky v rozsahu min. (660 – 1030) mm
- Překládací deska s nekonečným pásmem
- Pás pro přesun pacienta z nealergizujícího materiálu, odolného mycím a desinfekčním prostředkům
- Vyhřívání překladačová plocha s bezpečným systémem ohřevu (29±1)°C
- Výsun překládací desky min. 750 mm na každou stranu od boku základny k lůžku/vozíku, nebo k operačnímu stolu
- Překládací deska na spodní straně opatřená krytem proti zachycení podložek nebo lůžkovin pásem a umožňující těsné přiložení desky na lůžko nebo operační stůl, aniž by se samotný běžící pás při překladač dotýkal povrchu lůžka nebo operačního stolu
- Ovládání překladačového zařízení:
 - Zabudované řídicí ovládání s LCD displejem zobrazujícím textově momentální stav a právě probíhající činnost
 - IR dálkové ovládání
- Zařízení vybaveno snímači (mechanickými nebo optoelektronickými) snímající pozici lůžka a operačního stolu a jejich výšku a podle toho nastavit překládací desku do potřebné pozice
- Zařízení vybaveno optickými snímači polohy pacienta, které fungují jako „závora“ – zařízení nesmí umožnit přesun pacienta v případě, že na straně, kam je posouván, není lůžko nebo operační stůl
- Možnost manuálního, nebo automatického překladač pacienta
- Možnost zásahu do programu obsluhou, případně jeho zastavení a opětovné spuštění od okamžiku zastavení bez nutnosti resetu nebo opětovného spouštění od začátku
- Systém s automatickým zastavením procesu překladačování v případě jakékoliv nesrovnalosti
- Výstražný zvukový alarm

- Komunikace v českém jazyce
- Konstrukce zařízení z nerezové oceli, spoje těsné proti zatečení
- Elektromotorické ovládání okna
- Režim na čištění pásu umožňující ruční umytí, osušení a dezinfekci
- Napájení 230 VAC, 50/60 Hz
- Překladačové zařízení musí odpovídat evropským směrnicí 93/42 EEC a splňovat bezpečnost podle norem EN 60601-1 a EN 60601-1-2

2.3. Požadavek na úpravu pracoviště

- Dodavatel uvede, zda montáž, instalace a provoz dodávané zdravotnické techniky vyžadují splnit určité zvláštní podmínky ze strany FN Plzeň (např. z hlediska elektrického napětí a proudu, vody, medicijních plynů apod.) – v případě že ano, uvede formou vyčerpávajícího seznamu jaké.
- Dodavatel přístroje musí pracoviště (místo instalace) upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Pokud budou potřeba některé úpravy pracoviště, bude součástí předložené nabídky technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření). Plán nutných úprav pracoviště (místa plnění) bude podepsán oprávněnou osobou účastníka a bude obsahovat prohlášení o tom, že náklady na veškeré úpravy pracoviště pro zabezpečení instalace a řádného provozu nabízeného přístrojového vybavení jsou zahrnuty v nabídkové ceně dodávky překladačového zařízení.
- Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností. Související celky jako například povrchy a podhledy budou po instalaci uvedeny do původního stavu.
- Pro ověření realizovatelnosti úprav pracoviště (místa plnění) mohou účastníci provést zaměření místa v rámci prohlídky místa plnění, kterou zorganizuje zadavatel (viz bod 11 této výzvy).

2.4. Ostatní požadavky

Součástí dodávky bude:

- dodání všech položek dodávky na místo užití (zajištění dopravy do místa určení vč. likvidace obalů a odpadu),
- montáž a instalace položek dodávky, připojení zařízení na zdroje energií a uvedení do provozu,
- vyškolení obsluhy,
- protokolární předání zařízení do provozu uživateli (dodání návodů k obsluze a technických listů součástí dodávky),
- veškeré příslušenství potřebné pro plné využití vlastností a funkcionality zboží,
- podmínky poskytování servisu jsou zakotveny ve vzorové servisní smlouvě v příloze č. 3, která slouží jako závazný vzor pro účastníkem předkládaný návrh servisní smlouvy,
- záruční provoz (minimálně 24měsíční záruční doba – musí být jednotná pro všechny komponenty dodávky), včetně bezplatného provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK) a elektrických revizí v záruční době
- v případě závady přístroje se účastník zaváže k nástupu na opravu do 48 hodin od nahlášení závady. Neodstraní-li dodavatel závadu do 48 hod, bezplatně zapůjčí přístroj odpovídající nebo vyšší kvality,
- vítězný dodavatel provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektrických přívodů a kotevních prvků.

Zadavatel požaduje předložení dokladů, vystavených ze strany výrobce účastníkovi nebo jiné zúčastněné osobě (tj. osobě s účastníkem v pracovním právním vztahu nebo poddodavately se na plnění podílející), osvědčujících způsobilost poskytovat odborný servis na dodávané výrobky.

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 1.950.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota zahrnuje cenu dodávky i cenu BTK a revizí po dobu předpokládané životnosti předmětu této zakázky.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky:	březen 2019
Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky:	duben 2019
Místo plnění	Centrální operační sály (COS), FN Plzeň – Lochotín

5. Způsob prokázání kvalifikace

Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) je povinen prokázat kvalifikaci v dále uvedeném rozsahu. Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Nabídka bude podepsána statutárním orgánem účastníka, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými účastník prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí Zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení účastníka ze soutěže.

Splněním kvalifikace se rozumí:

- splnění podmínek základní způsobilosti dle bodu 5.1. této výzvy,
- splnění profesní způsobilosti dle bodu 5.2. této výzvy,
- splnění technické kvalifikace dle bodu 5.3. této výzvy.

5.1. Základní způsobilost

Podmínky základní způsobilosti splňuje účastník, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 74 odst. 1 zákona. Dodavatel prokazuje splnění těchto podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (vzor čestného prohlášení je uveden v příloze této Výzvy).

5.2. Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

5.3. Technická kvalifikace

Účastník prokáže tuto kvalifikaci předložením seznamu (formou čestného prohlášení) nejméně 1 zakázku podobného charakteru realizovaných účastníkem v posledních 3 letech. Za zakázku podobného charakteru zadavatel považuje dodávku nejlépe přímo druhově, typově a modelově shodného věcného plnění, případně oborově shodného věcného plnění (tj. věcného plnění se stejným určením a použitím).

Seznam bude obsahovat následující údaje:

- název objednatele včetně kontaktních údajů;
- hodnota zakázky;
- název zakázky;
- počet kusů a dodaný typ;
- doba a místo provedení zakázky.

