

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:****Dodávka 6ks dialyzačních monitorů – I.IK – 2019**

<b>Lhůta pro podání nabídek:</b>	24.7.2019, do 9.00 h	<b>Zodpovědná osoba:</b>	Ing. Lukáš Ureš +420 377 103 645 uresl@fnplzen.cz
----------------------------------	----------------------	--------------------------	---

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka 6ks dialyzačních monitorů – I.IK – 2019 (dále jen: „nákup“).

**Obsah**

1. Základní identifikační údaje Zadavatele .....	2
2. Předmět veřejné zakázky .....	2
3. Předpokládaná hodnota zakázky .....	3
4. Doba a místo plnění veřejné zakázky .....	3
5. Způsob prokázání kvalifikace .....	3
5.1. Základní způsobilost .....	4
5.2. Profesionální způsobilost .....	4
5.3. Technická kvalifikace .....	4
6. Požadovaná struktura nabídky .....	4
7. Vysvětlení zadávací dokumentace .....	4
8. Hodnocení nabídek .....	5
9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny .....	6
10. Variantní nabídky .....	6
11. Lhůta pro podání nabídek .....	6
12. Lhůta, po kterou jsou účastníci nabídkami vázáni .....	6
13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky .....	6
14. Způsob a místo pro podání nabídek .....	6
15. Obchodní podmínky .....	6
16. Práva Zadavatele .....	7
17. Přílohy .....	7

## 1. Základní identifikační údaje Zadavatele

<b>Zadavatel</b>	Název	Fakultní nemocnice Plzeň
	Sídlo	Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99
<b>Zastoupený</b>	MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel	
<b>Kontaktní údaje</b>	Kontaktní osoba pro dotazy	Ing. Kateřina Voříšková
	Telefon	+420 377 402 041
	E-mail	voriskovaka@fnplzen.cz

## 2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 6ks nových (nikoliv repasovaných) přístrojů pro intermitentní hemodialýzu a hemodiafiltraci pro I. Interní kliniku Fakultní nemocnice Plzeň.

Zadavatel nerozdělil zakázku na části. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z hodnocení nabídky, ve kterých nebudou nabídnuty kompletně všechny položky.

### Technická specifikace – povinné parametry předmětu veřejné zakázky:

- provádění hemodialyzačních a především online hemodiafiltračních metod bez nutnosti užití přídavných filtrů substituce
- online plnění při všech typech terapie HDF prediluce i postdiluce
- vybaveno modulem umožňující měření a monitorování dialyzační dávky Kt/V online v průběhu dialýzy a hemodiafiltrace pre i post diluční
- automatické plnění a nastavení hladiny krve ve venózní komůrce krevního setu
- měření krevního tlaku kdykoliv v průběhu dialýzy, zároveň s možností naprogramování intervalů měření
- nastavení průtoku dialyzačního roztoku (QD) v rozmezí 300-800 ml/min minimálně u HD, pre a post diluční HDF a HF
- měření a monitorování dialyzační dávky Kt/V s QD v rozmezí min 300-800 ml/min u terapií HD i pre a post diluční HDF
- profilování ultrafiltrace a sodíku během dialyzační procedury
- použití suchého bikarbonátového prášku
- uživatelsky příjemné ovládání, nejlépe pomocí přehledné barevné dotykové obrazovky s textem v českém jazyce
- bezpečnostní prvky: detektory úniku tekutin a vzduchu, testy systémů a kontaktů, měření transmembránového tlaku
- kontinuální i bolusové podávání heparinu
- automaticky řízená ultrafiltrace na základě kontinuálního sledování změn relativního krevního objemu
- horká dezinfekce a dekalifikace
- přehledná otočná barevná obrazovka
- možnost použití pacientské karty
- záložní zdroj energie
- bolusové podávání tekutin
- filtr pro zachycení endotoxinů
- součástí dodávky externí systémem na měření krevní recirkulace v pístěli ke každému přístroji 1 ks (povinné pouze pokud nebude řešeno pomocí nepovinného integrovaného řešení)

**Nepovinné parametry předmětu veřejné zakázky zahrnuté do kvalitativního hodnocení:**

- integrovaný systém (HW a SW) na měření krevní recirkulace v pístěli (ANO/NE)
- automaticky nastavitelná průběžná regulace substituční rychlosti dle kontinuální analýzy dynamických signálů tlakových pulzů detekujících vytížení krevní cesty dialyzátoru pro maximalizaci konvektivního objemu během pro/post HDF a HF terapie (ANO/NE)
- automatická optimalizace průtoku dialyzátu dle efektivního krevního průtoku bez klinicky významného poklesu  $Kt/V$  (ANO/NE)
- funkce dvoupumpové nebo cross over jednojehlové dialýzy (ANO/NE)

**Obecné podmínky**

- Součástí dodávky bude vyžadována instalace, instruktáž obsluhy v používání přístroje a dodání návodů k obsluze a technických listů.
- Spolehlivý, pravidelný, rychlý servis.
- V případě závady přístroje se účastník zaváže k nástupu na opravu do 48 hodin od nahlášení závady. Neodstraní-li dodavatel závadu do 48 hod, bezplatně zapůjčí přístroj odpovídající nebo vyšší kvality.
- Přístroj nesmí být staršího data výroby než půl roku od podání této nabídky.
- Minimálně 24měsíční záruční doba (musí být jednotná pro všechny komponenty dodávky).
- V době záruky provádění PBTK a elektrických revizí zdarma.

Všechny přístroje musí být nabídnuty ve shodné konfiguraci. Nenaplnění nepovinného parametru u jednoho přístroje bude chápáno jako nesplnění tohoto parametru u všech přístrojů, a tudíž nebude účastníkovi přiznáno bodové hodnocení u daného nepovinného parametru.

### 3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 1.995.000,- Kč bez DPH.

### 4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

<b>Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky:</b>	srpen 2019
<b>Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky:</b>	září 2019
<b>Místo plnění</b>	I. Interní klinika (I.IK), FN Plzeň – Lochotín

### 5. Způsob prokázání kvalifikace

Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) je povinen prokázat kvalifikaci v dále uvedeném rozsahu. Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Nabídka bude podepsána statutárním orgánem účastníka, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými účastník prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí Zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení účastníka ze soutěže.

Splněním kvalifikace se rozumí:

- splnění podmínek základní způsobilosti dle bodu 5.1. této výzvy,
- splnění profesní způsobilosti dle bodu 5.2. této výzvy,
- splnění technické kvalifikace dle bodu 5.3. této výzvy.

## 5.1. Základní způsobilost

Podmínky základní způsobilosti splňuje účastník, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 74 odst. 1 zákona. Dodavatel prokazuje splnění těchto podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 3).

## 5.2. Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

## 5.3. Technická kvalifikace

Účastník prokáže tuto kvalifikaci předložením seznamu (formou čestného prohlášení) nejméně 3 zakázek podobného charakteru realizovaných účastníkem v posledních 3 letech. Za zakázku podobného charakteru zadavatel považuje dodávku nejlépe přímo druhově, typově a modelově shodného věcného plnění, případně oborově shodného věcného plnění (tj. věcného plnění se stejným určením a použitím).

Seznam bude obsahovat následující údaje:

- název objednatele včetně kontaktních údajů;
- hodnota zakázky;
- název zakázky;
- počet kusů a dodaný typ přístroje;
- doba a místo provedení zakázky.

## 6. Požadovaná struktura nabídky

Účastník ve své nabídce musí doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků:

- Identifikační údaje účastníka (obchodní jméno, sídlo a IČ dodavatele, oprávněná osoba dodavatele, kontaktní osoba dodavatele pro jednání ve věci nabídky).
- Prokázání splnění základní způsobilosti (odstavec 5.1. této výzvy)
- Prokázání splnění profesní způsobilosti (odstavec 5.2. této výzvy)
- Prokázání splnění technické kvalifikace (odstavec 5.3. této výzvy)
- Nabídková cena v členění dle části 9 této výzvy.
- Popis a technická specifikace nabízeného zboží.
- Platná prohlášení o shodě nabízeného zboží, vydanými dle legislativy evropské či národní.
- Seznam doporučeného spotřebního materiálu, včetně cen za MJ v Kč s DPH.
- Návrh kupní smlouvy podepsaný účastníkem dle vzorové kupní smlouvy, která je přílohou této výzvy.
- Další dokumenty dle uvážení účastníka.

## 7. Vysvětlení zadávací dokumentace

Každý dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena na emailovou adresu kontaktní osoby, která je uvedena v základních identifikačních údajích Zadavatele, nejpozději 3 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. Zadavatel doručí vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, včetně přesného znění žádosti současně všem zájemcům, kteří byli osloveni výzvou nebo kterým byla výzva poskytnuta. Zároveň Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace a odpovědi na dotazy na svých webových stránkách.

